

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

31.10.2023

Sayı: 869

Konu: GÖZ BİRİMİ İÇİN İĞNE ELEKTROD ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.11.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İĞNE ELEKTROD CİLT ALTI AÇILI TEKLİ			6	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MİKRO İNSİZYON İNCE İĞNE ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrot, cerrahi uygulamalarda ince kesi işlemleri yapabilmelidir.
2. Elektrot uzunluğu min. 5.00 cm (+/- 1.00 cm) olmalıdır.
3. Elektrot shaftı 3/32 inç olmalıdır.
4. Uygulama ucu alanı ısıya dayanıklı ve ısıyı hızlı iletebilecek bir metaryelden yapılmalıdır.
5. Elektrot uzunluğu 1,90 cm olmalıdır. Kesici uç uzunluğu 5mm olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar TSE yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 179124

Dr Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 161982 Uzm. Tes. No: 142575

İĞNE ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrotlar radyocerrahi işlemlerini yapmaya elverişli olmalıdır.
 2. Elektrotlar steril edilerek tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 3. Elektrotlar istenen eğimi vermeye uygun olmalıdır. (Bükülebilme özelliği)
 4. Elektrot insizyon elektrodu super fine wire tele sahip olmalıdır.
 5. Elektrod Reusable (Çok kullanımlık) Otoklava dayanıklı olmalıdır.
 6. Elektrod uzunluğu 3/8 inch olmalıdır.
 7. Elektrod 1/16 ya da 3/32 shaft olmalıdır.
 8. Elektrod tel uzunluğu 3.0mm olmalıdır.
 9. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
 10. Elektrot bölümde kullanılan Ellman marka radyofrekans cihazına uygun olmalıdır.
1. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıtlı ve "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası olması ve belgelerini birlikte vermelidirler.

Doc. Dr. **AVRUK ORUC**
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 17912A

Prof. Dr. **EZGİ KARATAS**
Gazi Üni. Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 142575

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. **ÇOBANCI**
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 17912A

İĞNE ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrotlar radyocerrahi işlemlerini yapmaya elverişli olmalıdır.
 2. Elektrotlar steril edilerek tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 3. Elektrotlar istenen eğimi vermeye uygun olmalıdır. (Bükülebilme özelliği)
 4. Elektrot insizyon elektrodu super fine wire tele sahip olmalıdır.
 5. Elektrod Reusable (Çok kullanımlık) Otoklava dayanıklı olmalıdır.
 6. Elektrod uzunluğu 3/8 inch olmalıdır.
 7. Elektrod 1/16 ya da 3/32 shaft olmalıdır.
 8. Elektrod tel uzunluğu 1.5mm olmalıdır.
 9. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
 10. Elektrot bölümde kullanılan Ellman marka radyofrekans cihazına uygun olmalıdır.
1. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na kayıtlı ve "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası olması ve belgelerini birlikte vermelidirler.

407201
Dip. Tescil No: 12711/11
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tescil No: 179124
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tesc. No. 179124

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tescil No: 12711/11
Dip. Tescil No: 179124