

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1135  
KONU : Teklife Davet

06/11/2023


**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA YAZILIMI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/11/2023 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

  
**Mehmet İLBOĞA**  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA YAZILIMI ALIMI	1	ADET		

06/11/2023  
  
**Dr. Yaşin ÇOLAK**  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

## Evde Sağlık Hizmetleri Uygulama Yazılımı

Hizmet birimi bazında hasta dosyasındaki temel işlemler yapılabilirdir. Hasta değerlendirme işleminin yapılması, kabulü, tanı konsültasyon istemi, sevk işlemi, rapor işlemleri, epikriz, randevu, malzeme işlemleri, tedavi işlemleri, hemşirelik işlemleri, birim iş listesini görme, randevu düzenleme gibi işlemler kayıt ve takip edilebilmelidir.

1. Evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen hastaların başvuruları alınabilmeli, kimlik ve adres bilgileri KPS'den otomatik olarak çekilebilmelidir.
2. Başvuruların ilgili birimlere tedavi veya değerlendirme için atamaları, başvuruların doğrudan iptali gibi işlemler iptal gerekçesi bildirilerek yapılabilirdir.
3. Hastalara yapılan sevk konsültasyon istemi, tetkik istemi, dış kurum ihtiyacı gibi işlemler yapılabilirdir.
4. Laboratuvar sonuçları, radyolojik tetkik sonuçları, heyet raporları, ilaç raporları görüntülenebilmelidir.
5. Ölüm bildirimini yapılabilirdir.
6. Bakanlığın istemiş olduğu veriler ile istenen rapor ve grafikler hazırlanabilmelidir.
7. Evde Bakım Hizmetleri güncel mevzuat gereği ek formlar oluşturulabilirdir.
8. Kullanıcının ek uygulama kurulmadan istediği yerden sisteme erişimi sağlanabilmelidir.
9. Hasta bakım sistemi için gerekli internet, kurumdaki bilgisayarların ve verilerin güvenliği açısından, İdare tarafından karşılanmalıdır.
10. Sağlık personeli, hastalara ait tıbbi verileri yazılım üzerinden izleyebilmelidir.
11. Sağlık personeli sisteme dilerse mobil cihazlar üzerinden de kolaylıkla erişebilmelidir.
12. Kullanıcı yetkilerine göre kullanıcı kısıtlamaları olmalıdır.
13. Hastaya ait veriler manuel (el ile) girilebilmeli ve izlenebilmelidir.
14. Hastaya ait veriler, istatistiksel olarak düzenli sınıflandırılmış, çözümlenmesi ve sonuçlandırılması kolay yapıda olmalıdır.
15. Hastaya ait diğer sağlık kuruluşlarında yapılan işlemler (alerji, aşı, ameliyat vb.) eklenebilmeli ve izlenebilmelidir.
16. Direkt termal yazdırma özelliği olmalıdır. Baskı çözünürlüğü 203 dpi olmalıdır.
17. Baskı hızı Max. 127 mm/saniye (Etiket İle Kullanımda) olmalıdır.
18. Baskı hızı Max. 102 mm/saniye (Linerless Kağıt İle Kullanımda) olmalıdır.
19. Baskı genişliği Max: 72 mm olmalıdır.
20. 128 MB RAM, 256 MB Flash ROM hafıza özelliklerine sahip olmalıdır
21. USB (V2) ve Bluetooth vb haberleşme özelliklerine sahip olmalıdır..
22. 105\*58\*126 mm boyutlarında ve 385 gram ağırlığında olmalıdır.
23. ABS plastik kasa özelliğine sahip olmalıdır.
24. Güç giriş şekli Harici elektrik adaptörü olmalıdır.

25. Güç kaynağı giriş özellikleri 100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz olmalıdır.
26. Güç çıkış kaynağı DC 12V / 3A olmalıdır.
27. Pil özellikleri 7.4V 2600 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil olmalıdır.
28. Pil Şarj süresi Max. 4 saat olmalıdır.
29. Ortam Sıcaklığı Çalışma: -15°C – 50 °C olmalıdır.
30. Ortam Sıcaklığı Saklama: -30°C- 70°C olmalıdır.
31. IP standartı IP 54 olmalıdır.
32. Düşme mesafesi Max: 1,8 m olmalıdır.
33. Kullanılacak etiket kağıdı özellikleri ara boşluklu etiket, Linerless fiş kağıdı olmalıdır.
34. Kağıt genişliği 80 mm (En Fazla) olmalıdır.
35. Kalınlık 0,07- 0,15 mm olmalıdır.
36. Kağıt/etiket rulo iç çapı 19 mm (en az ) olmalıdır.
37. Kağıt/etiket rulo dış çapı 49 mm (en az) olmalıdır.
38. Desteklenen emüsyonlar: SLCS, BPL-Z VE BPL-C olmalıdır.
39. Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows, Linux, Android ve İOS olmalıdır.

**T.C. Sağlık Bakanlığı**  
Diyadin Devlet Hastanesi  
**Dr. İpek YEŞİL**  
Dip. Tes. No: 262390

**Kaniran TURHAN**  
Hemşire

**Emine BEYCUR**  
Evde Bakım Teknikeri