

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.11.2023

Sayı: 886
Konu: GOMKO CİHAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.11.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|--------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | GOMKO CİHAZI | | | 2 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ASPIRATÖR - TORAKS DRENAJ – FASILALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz toraks drenaj aspirasyon işlemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmalıdır.
2. Cihazın açık akımda, akım oranı dakikada 2,3 litre olarak çalışmalıdır
3. Cihazın çalışması açma-kapama anahtarı ile yapılmalıdır.
4. Cihazın vakum değeri 0 ile -25 cm H₂O (0 ile -18.4 mm Hg) olmalıdır
5. Vakum değerinin ayarı 5 cm'lik kademeli derecelendirilmiş bir cam silindir manometre yardımıyla yapılmalıdır.
6. Sıvının pompaya kaçmasını önleyen bir emniyet kavanozu bulunmalıdır.
7. Cihaz en az 2,8 litrelik ml cinsinden taksimatlı şeffaf ve içi görülebilir polikarbonat atık toplama kavanozu ile donatılmalıdır.
8. Atık toplama kavanozunda pompaya sıvının kaçmaması için metal kapaklı emniyet sistemi olmalıdır.
9. Atık toplama kavanozu ve cam manometre 121 derecede 15 dakika süreli sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
10. Cihazın termotik tip pompası rezistans sistemi ile çalışmalıdır ve rezistans teli hava sızdırmaz silindirin içinde olmalıdır. Pompa silindiri ise en az 136 Ω(Ohms) +/- 5 Ω(Ohms) olmalıdır.
11. Cihazın pompası ve fanı yağlamayı gerektirmeyen yapıda olmalıdır
12. Cihaz fan soğutmalı olmalıdır ve cihazın pompasının çalışma prensibi; selenoid valf ve katı hal zamanlayıcısı tarafından kontrol ediliyor olmalıdır.
13. Cihaz dakikada yaklaşık 8 defa aralıklı vakum yapmalıdır.
14. Cihaz mobil olmalıdır ve kolay devrilmemesi için, cihazın alt kısmında toplama kavanozunun da sabitlenebildiği bir tablası olmalıdır
15. Cihazın arka kısmında taşıma kulbu olmalıdır.
16. Beslenme kablosu cihazın gövdesine sarılabilmelidir.
17. Cihazın çalışması çok gürültülü olmamalıdır ve en fazla 47 dBA ses seviyesi olmalıdır
18. Cihazın 4 adet tekerleğinden 2 tanesi frenli olmalıdır.
19. Cihaz ile birlikte 1 set tek kullanımlık hortum (biri en az 45 cm & biri en 180 cm uzunlukta)verilmelidir

Dr. Öğretim Üyesi
Adem ASLAN
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Dip. Tesis. No: 112887


Dr. Fuat SAYIR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Dip. Tesis. No: 73325