

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

14.11.2023

Sayı: 890

Konu: YETİŞKİN ANESTEZİ DEVRESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.11.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN ÇİFT SU TUTUCU, BALONLU			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solunum devresi tamamen kapalı universal sistem olmalıdır.

2. İncspiryum ve ekspiryum hatları tek hat üzerinde olmalıdır. İncspiryum hatlı ekspiryum hattı içerisinde geçerek kuru ve soğuk havanın doğal olarak ısıtılmasını sağlanmalıdır.

3. Solunum devresi erişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

4. Solunum devresinin ekspiryum hattı içerisinde kapnograf cihazı ile bağlantı kurularak CO₂ ölçümünü sağlayan gaz örnekleme hattı geçmelidir ve incspiryum girişi üzerindeki luer porta bağlı olmalıdır.

5. Solunum devresinin 26 mm çaplı ekspiryum hortumu ortasında dahili su tutucu bulunmalıdır.

6. Hasta bağlantısını sağlayan clbowkonektörün üzerinde CO₂ ölçüm portu bulunmalıdır ve ayrıca solunum devresi kullanılmadığı dönemde kontamine olmasını engelleyen ve kaçak testi yapılmasını sağlayan koruyucu kapak bulunmalıdır.

7. Solunum devresi uzunluğu maksimum İSO (+10cm) olmalıdır.

8. Solunum devresinin incspiryum hattı içerisinde kapnograf cihazı ile kullanılmak üzere CO₂ örnekleme hattı geçmelidir ve incspiryum cihaz bağlantı konektörünü üzerinde CO₂ ölçüm portu bulunmalıdır. İncspiryum hattı içerisinde geçen dahili gaz örnekleme hattının kapnograf cihazına bağlanması için maksimum 120 cm uzunluğunda ayrıca paketlenmiş halde gaz örnekleme hattı verilmelidir.

9. Set içerisindeki lateks anestezi balonu, 2 lt. hacminde olup balonun limb bağlantı konektörünün iç yapısı kıvrılıp bükiilmeyi önleyici i tırnak uzantılarıyla kaplı olmalı ve bu konektör üzerinde balon hacmi yazılı bulunmalıdır.

10. Solunum devresi seti içerisinde devre ile aynı markalı ayrıca paketlenmiş olan polipropilen hammaddeden imal . %99.9999 bakteri.

%99.999 virüsidial etkinliği akredite ve bağımsız raporlar ile kanıtlanmış . maksimum 35 ml ölü boşluğa sahip, kelepçeli CO₂ portu bulunan bakteriyal viral filtre verilmelidir.

11. Setin içerisinde maksimum 120 cm uzunluğunda extendible PP uzayabilen yapıda limb bulunmalıdır.

12. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu, üretim tarihi ve son kullanma tarihi

Büşra KÖRCELİK
Taşınır Kayıt Kurulu Yetkilisi
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi