

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

21.11.2023

Sayı:335

Konu: HEMODİYALİZ 6 KALEM MALZEME TALEBİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.11.2023 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ARTER VEN SETİ			1500	Adet		
2	VEN FİSTÜL İĞNESİ 16'LIK			300	Adet		
3	VEN FİSTÜL İĞNESİ 15'LIK			100	Adet		
4	ARTER FİSTÜL İĞNESİ 15'LIK			100	Adet		
5	ARTER FİSTÜL İĞNESİ 16'LIK			300	Adet		
6	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ			1500	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden


.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.





## PATNOS DEVLET HASTANESİ

## MALZEME TALEP FORMU

DÖK.KODU:MC.FR.06	Y.TARİHİ:23.01.2012	REV.TARİHİ:07.11.2019	REV. NO:02	SAYFA NO:1/1
-------------------	---------------------	-----------------------	------------	--------------

İSTEM YAPAN BİRİM:		İSTEM NO:		
İSTEM TARİHİ :				
SIRA NO	İSTEM YAPILAN MALZEME	MALZEMENİN KULLANILACAĞI CİHAZ KÜNYE NO	İSTENİLEN MİKTAR	KARŞILANAN MİKTAR
1	Arter-Van fistül Giriş-çıkış kiti		1500 Adet	
2	Arter-Van Sati		1500 Adet	
3	Arter fistül iğnesi (16 Gauge)		300 Adet	
4	Arter fistül iğnesi (15 Gauge)		100 Adet	
5	Van fistül iğnesi (16 Gauge)		300 Adet	
6	Van fistül iğnesi (15 Gauge)		100 Adet	
7				
8				
9				
10				

Mevcut ihalede ve depomuzda yoktur.

İSTEM YAPAN BİRİM SORUMLUSU	TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
TARİH 20.11.2023 AD/SOYAD Öner KOC UNVAN D. Taburcaş İMZA Öner KOC	TARİH 20.11.2023 AD/SOYAD Meliha NERAY UNVAN T.K. İMZA

İDARI BİRİM	BAŞHEKİM
TARİH: AD/SOYAD: UNVAN: Mehmet HARRİN İMZA Müdür Yardımcısı Patnos Devlet Hastanesi	TARİH: AD/SOYAD: UNVAN: İMZA: Uzm. Dr. A. Mehmet CİRAZ ÖZGÜ Patnos Devlet Hastanesi Diy. Tıp. No: 140070 Başhekim

1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905

1906  
1907  
1908  
1909  
1910

1911  
1912  
1913  
1914

1915  
1916  
1917  
1918

1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924

1925  
1926  
1927

13. İğneler giriş yerinde daha fazla tahribata neden olmaması için iyi silikonize edilmiş olmalıdır.

#### D- ARTER-VEN FİSTÜL GİRİŞ-ÇIKIŞ KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilen setler, iki ayrı poşet içinde yerleştirilmiş olmalıdır. Paketler perforeli olarak birleşik olmalı, kolayca birbirinden ayrılmalıdır.
2. Giriş seti kendi orijinal ambalajında, Çıkış seti kendi orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Teklif edilen setler etilen oksit ile sterilize edilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
4. Kit içindeki flasterler cilde kolayca yapışmalı, etkili basınç sağlanmalıdır.
5. Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden itibaren en az (2) yıl olmalıdır.
6. Paketin üstünde son kullanma tarihi, saklama koşulları, lot numarası, sterilizasyon metodu, CE işareti, üretici firma adı gibi bilgiler bulunmalıdır.


#### Diyaliz giriş kiti içeriği;

- İki (2) adet gazlı bezden (8 kat) 7-8\*7-8 cm spanç
- İki (2) adet anti-alerjik yapıda mavi eldiven (M-L)
- Bir (1) adet kol altı örtüsü 40-55\*50-55 cm.
- Dört (4) adet anti-alerjik 13 cm flaster.

#### Diyaliz çıkış kiti içeriği;

- Dört (4) adet gazlı bezden (8 kat) 7-8\*7-8 cm spanç
- İki (2) adet anti-alerjik yapıda mavi eldiven (L-M)
- Bir (1) adet anti-alerjik yapıda beyaz eldiven (M-L)
- İki (2) adet 38x72 mm hemostatik bası bandı

*Dur 105*  
*Am 16*



## PATNOS DEVLET HASTANESİ DİYALİZ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-KONU: Patnos Devlet Hastanesi Diyaliz Takımı Alımı Teknik Şartnamesidir.

### B- ARTER /VEN SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Setler tek kullanımlık olmalıdır.
2. Arter bölümünde heparin hattı bulunmalı, 70-100 cm olmalıdır.
3. Sterilizasyon 3 yıl geçerli olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ihale tarihine yakın olmalıdır.
4. Arter ve Ven setinde birer adet olmak üzere her set için cihaza uyumlu 2 adet izolatör setlerle birlikte verilmelidir.
5. Arter setinde kan pompasına gelen bölümün çapının 6.0-6.8 mm arasında olmalıdır.
6. Ven seti üzerinde 1 adet klemp ve infüzyon yolu yer almalıdır.
7. Arter hattı üzerinde 1 adet klemp , infüzyon ve heparin yolu olmalıdır.
8. Arter hattı üzerinde kan pompası öncesinde Arter basıncını algılayan hat olmalı veya hava yastığı bulunmalıdır.
9. Her iki sette de hava haznesi (drip chamber) olmalı, hazneler fleksible olmalı, köpüklenmeyi ve pıhtılaşmayı azaltıcı bir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Haznelerde basınç ölçmek ve numune almak için 2 adet çıkış adaptörü olmalıdır. Adaptörler üzerinde klempler olmalıdır.
10. Setlerde pıhtı tutucu filtre olmalıdır.
11. Klempler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdır.
12. Setin uçlarında diyalizere ve fistül iğnelere uyumlu emniyetli adaptörler olmalıdır.
13. Total kan seti hacmi yetişkin arter-ven seti için 120-150 ml.nin üzerinde olmamalıdır.
14. Setler minimum 300 ml/dak. Kan akımını sağlamalıdır.
15. Setlerde kırılma, kopma olmamalı, fleksible olmalıdır.
16. Arter ve Ven setlerinin renkleri ayrı olmalıdır.
17. Üretim tarihi ve yeri sterilizasyon tekniği ve süresi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
18. Tüm üniversal makinalara uyumlu olmalıdır.

### C- ARTER/VEN FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ


1. Steril olmalı ve sterilizasyon 3 yıl geçerli olmalıdır. Sterilizasyon tarihi ihale tarihine yakın olmalıdır.
2. Fistül iğnesi yetişkin kullanımı için 16 gauge çocuk için 17 gauge olacaktır.
3. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup yeteri kadar esnek olmalıdır.
4. İğne uçları uygun plastik muhafaza ile korunmalıdır.
5. Her iki iğnede iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalıdır.
6. Her iki sette de tırnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır.
7. İğne boyları 2-3 cm. toplam tüp uzunluğu 30cm. olmalıdır.
8. Tüm üniversal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
9. Üretim tarihi ve yeri sterilizasyon tekniği ve süresi ambalaj üzerinde görülmelidir.
10. Arter ve ven fistül iğnesi ayırımı yapacak farklı renkte klempleri olmalıdır.
11. Arter fistül iğnesinde dinamik kan akımı sağlamak ve iğnenin şant duvarına yapışmasını engellemek için delik bulunmalıdır.
12. Fistül iğneleri sabit başlıklı ve tek kullanımlık olmalıdır.





## GEREKÇELİ RAPOR

Patnos Devlet Hastanesi Hemodiyaliz biriminde kullanılmak üzere talep edilen malzemeler ağustos ayı DMO sonda değerlendirme aşamasında ve ihale iptali söz konusu olup ihalenin tekrar ne zaman yapılacağı belirsiz olduğundan dolayı hastanemiz hemodiyaliz biriminde hizmette aksaklık yaşanmaması hastaların mağdur olmaması için talep ettiğimiz malzemelerin alımının yapılması gerekmektedir.

Melihan AKBAY  


Onur KUDU  
