



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DH İDARI VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
19/01/2024, 15:12:25 - E-36472700-949-234723371



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 23.01.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Oksijen maskesi nebulizatör set için yetişkin	400	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>eleskirdhsatinalma@gmail.com</u>				Teklif Eden/...../2023 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YETŞKİN HAZNELİ OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAME

- Set maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır.
- Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
- Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
- Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır.
- Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır
- (king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır.
- Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır.
- Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
- Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak, en az 1cm çapında delikler bulunmalıdır.
- Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır
- . Maskenin burun üzerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı veya plastik klipsi olmalıdır.
- Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır.
- Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.
- Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır. Plastik artığı bulunmamalıdır.
- İlaç haznesi şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır.
- Solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olmalıdır.
- Buhar çıkış aparatı huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde - püskürtmelidir.
- İlaç verilme sonrası haznede partikül ve ilaç kalmamalıdır.
- En az 50 en fazla 200 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.
- Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Kübra Güven
Eczane Sorumlusu

İPET GÜNEY