



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Sayı : E-99989031-949-235092878  
Konu : TEKLİFE DAVET

24.01.2024

TEKLİFE DAVET  
(İLGİLİ FİRMALARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan **DİŞ PROTEZ LABORATUVARI** malzeme alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **31.01.2024 tarih ve saat 10:30'a** kadar [dogubayazitadsmstinalma@gmail.com](mailto:dogubayazitadsmstinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

**Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK**  
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	AĞIZ AÇACAĞI	ADET	40		
2	DİŞ KROŞE TELİ	METRE	40		
3	ENDOBOX	ADET	20		
4	KARBON SPEARE	ADET	100		
5	LAK FIRÇASI	ADET	30		
6	PROTEZ PARLATMA CİLASI	ADET	100		
7	DENTAL BEYAZ ALÇI	KİLOGRAM	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 381CF1FA-46C8-4AFC-A61D-74A0091EB00F

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiğlepinar Mah. Rıfıkı Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI  
04400  
Telefon No: 4722151232  
e-Posta: [dogubayazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:dogubayazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Dicle UÇAR  
Sağlık Memuru  
Telefon No:



**OLUR**  
**MEHMET NURİ İLÇİ**

**NOTLAR**

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir,kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler(rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz.

**ADRES: Çiftelinar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2**  
**e-posta: [dogubavazitadsmsatinalma@gmail.com](mailto:dogubavazitadsmsatinalma@gmail.com)**

Mehmet Nuri İLÇİ  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 381CF1FA-46C8-4AFC-A61D-74A0901EB00F

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Çiftelinar Mah. Rıfki Başkaya Cad. No:2 Doğubayazıt/AĞRI  
04400  
Telefon No: 4722151232  
e-Posta: İnternet Adresi: [dogubavazitadsm.saglik.gov.tr](mailto:dogubavazitadsm.saglik.gov.tr)  
Kep Adresi:

Bilgi için: Diele UÇAR  
Sağlık Memuru  
Telefon No:





234652471

**AĐRI DOĐUBAYAZIT AĐIZ VE DIŐ SAĐLIĐI MERKEZİ**  
**BAŐHEKİMLİĐİNE**

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemeye ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekteřirilmesi hususunda

Geređini bilgilerinize arz ederim

17/01/2024

UĐUR BAŐNAYA  
Tařtırıcı Kayıt Yöneticisi



TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU

Sayı:

Tarih:

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU	TAŞINIR KODU	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1		150-03-03-210034413	AĞIZ AÇACAĞI	40	ADET
2		150-03-03-210124771	DİŞ KROŞE TELİ	40	METRE
3		150-03-03-210032959	ENDOBOK	20	ADET
4		150-03-03-210033349	KARBON SEFARE	100	ADET
5		150-03-03-210033920	LAK FIRÇASI	30	ADET
6		150-03-03-210118885	PROTEZ PARLATMA CİLASI	100	ADET
7		150-03-03-210035285	DENTAL BEYAZ ALÇI	50	KİLOGRAM

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyacı fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

HASTANEMİZİN DİŞ PROTEZ LABORATUVARI ALIMIN İHTİYACINA BİNAEN

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU

UĞUR BAŞKAYA

UĞUR BAŞKAYA  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI

İletişim Tel No:



## TEKNİK ŞARTNAMESLER

### 1- AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Orijinal ambalajında olmalıdır.
- Kuru hava , otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır.
- Aletin üzerinde katalog numarası , markası ve imal edildiği ülke adı yazılı olmalıdır ve silinmemelidir.
- Aletlerin eklem yerleri rahat çalışmalı ve paslanmamalıdır.
- Aletlerin ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyette olmalıdır.
- Kilit mekanizması kilitlenme sorunu olmamalıdır.
- 2 yıl satıcı firma tarafından garantili olmalıdır.
- UBB kaydı bulunmalıdır.
- Aletlerin bacaklarına uygulanan kuvvet sonucunda bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan elastik yapıya sahip olmalıdır.
- Boy olarak 110 ve 140 mm lik seçeneği olmalıdır.

### 2-DİŞ KROŞE TELİ

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır. Çalışmaya imkân verecek esneklikte ve kolayca kırılmamalıdır.
2. 0,60 mm 0,75 mm seçenekleri olmalıdır.
3. Yarım yuvarlak ve tam yuvarlak seçenekleri olmalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalıdır.
5. Komisyon Tarafından Beğenilmelidir.

### 3- ENDOBOX

- 1-Diş hekimliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Her türlü sterilizasyon ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalı, korozyona uğramamalı, paslanmaz çelikten imal
- 3-Kanal aletlerini yerleştirmek için üzerinde sınırlanmış ve/veya renklendirilmiş en az 40 delik bulunmalı
- 4-Sterilizasyonun bozulmaması için kapaklı olmalıdır.
- 5-Kanal aletleri ile kanal boyunu ölçmek için üzerinde milimetrik ölçüm cetveli bulunmalıdır. 6-Aletlerin yerle: üzerinde cetvelin bulunduğu "üst parça çıkarılabilir.

### 4-KARBON SEPARE

1. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır,
- 2.Fiberle güçlendirilmiş karbondan yapılmış olmalıdır,
3. Disk şeklinde olmalıdır,
4. Kalınlığı 1 mm olmalıdır,
- 5.Çapı 30-41 mm aradığında olmalıdır,
- 6.Metal tesviyesinde kullanılabilir olmalıdır,
- 7.En fazla 100 adet'lik kutularda olmalıdır,
- 8.İki yüzü aktif olmalıdır,

UĞUR BAŞMAYA  
Tasvir Kayıt Yetkilisi

Mehmet TUNÇ  
Eczacı

T.C. DOĞUBAYAZIT  
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi  
FİNÇAN  
Tasvir Kayıt Yetkilisi



9. Titreşim ve balans yapmamalıdır,
10. Ürün numunesi denenecektir,
11. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.

#### **5. LAK FIRÇASI**

1. Tahta saplı olmalı,
2. Kılırları samur olmalı,
3. Kolayca yıpranmamalı
4. Numaraları numuneye göre seçilecektir.

#### **6-PROTEZ PARLATMA CİLASI**

1. Total ve parsiyel protezlerin akril parlatmasında kullanılmalı
2. En az 100 ml 'lik tüplerde krem şeklinde olmalı
3. Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır
4. Kolay sürülebilir kıvamda olmalı toksik madde içermemelidir.
5. Cilalama sonrasında kalan artıklar kolayca uzaklaştırılabilir olmalıdır
6. Numunesi görülecektir
7. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi firmaya bildirilir firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

#### **7- DENTAL BEYAZ ALÇI**

1. Diş protez laboratuvarında kullanılmak üzere beyaz kaliteli,
2. Karıştırıldığında pürüzsüz olmalıdır ve içinde pütürler oluşmamalı,
3. En erken 3 dk. en geç 10 dk. 'da donmalı,
4. Kırılganlığı fazla olmamalı ve çabuk dağılmamalı,
5. En az 30 kg' lık torba içerisinde olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalı,
6. İnce elenmiş kaliteli olmalı,
7. Saf, kalsiyum sülfat hemihidrat olmalı,
8. Nem almamış olmalı, içinde yabancı madde ihtiva etmemeli, Nem almamış olmalı, içinde yabancı mac etmemeli,
9. Ürün güvenlik formu olmalıdır.
10. Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

UĞUR BAĞI  
Tasarruflar Kayıt Yönetimi

Mehmet TUNÇ  
Eczacı

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Eczacılar Odası  
Tasarruflar Kayıt Yönetimi