

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.02.2024

Sayı: 81
Konu: ERİŞKİN BACAK MANŞONU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.02.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TEKLİ BACAK MANŞONU 2 KANALLI SMALL			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ERİŞKİN KONİK BACAK TEK KAFLI TURNİKE MANŞONU

1. TEK KAFLI RENK KODLU BAĞLANTI PARÇASI SİLİKON VE KULLANIM KILAVUZUNDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ PVC KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR.
2. TURNİKE MANŞONU SİLİNİR VE ÇABUK KURUYAN MATERYALDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
1. TURNİKE MANŞONU UYGULANACAK BÖLGEYİ SIKICA SARMALI, KONİK ŞEKLİ İLE BACAĞA UYUMSAĞLAMALI VELCRO İLE SABİTLENMELİDİR VE RENK KODLU KURDELE İKİNCİ GÜVENLİKSİĞİLANMALIDIR.
2. VBM MARKA TURNİKE CİHAZLARI İLE UYUMLU ÇALIŞMALIDIR.
3. TURNİKE MANŞONU BOYU YASTIK BOYU İLE EŞİT OLMALI BOYU 76 CM. GENİŞLİĞİ 12 CM. OLMALIDIR.
4. MANŞONLARIN TURNİKEYE BAĞLANABİLMESİ İÇİN DAYANIKLI PLASTİK KONNETÖRLERİ OLMALIDIR.
5. TURNİKE MANŞONU DEZENFEKTANLAR İLE SİLİNMEİ VE BU ÖZELLİĞİ KULLANMA KLAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.
6. BASINÇ UYGULANDIĞINDA KIRIŞMAYAN İNCE BİR PED CİLT İLE MANŞON ARASINA UYGULANMALI VE MANŞONLARA SIVI GEÇMESİNİ ENGELLEMELİ KİRLENMESİNİ KORUMAK İÇİN HER MANŞON KUTUSUNUN İÇİNDE 1 ADET KORUYUCU TURNİKE KAF KILIFI BULUNMALIDIR. .
7. ÜRETİCİ FİRMA DEZENFEKSİYON TALİMATLARINA UYULDUĞU TAKDİRDE 5 YIL İÇİNDE 100 KEZ HAZIRLAMA VE KULLANIM İŞLEMİ GARANTİSİ VERDİĞİNİ KULLANMA KILAVUZUNDA BELİRTİLMELİDİR.
8. TURNİKE MANŞONU DEZENFEKTANLAR İLE SİLİNMEİ VE BU ÖZELLİĞİ KULLANMA KLAVUZUNDA GÖSTERİLMELİDİR.
9. ISO BELGELİ VE CE İŞARETLİ OLMALIDIR.
10. UBB/ÜTS KAYITLI OLMALIDIR.
11. ÜRÜN İZLENEBİLİRLİĞİ İÇİN MANŞON ÜZERİNDE QR KOD'U OLMALIDIR. BU KODDA ; UBB KODU, ÜRETİM TARİHİ VE LOT NUMARASI OKUNMALIDIR.

Eyüp KARFAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu