

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.02.2024

Sayı: 85
Konu: Göz Birimi İçin Oftalmik Sklerol Bastırıcı Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.02.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SKLERAL DEPRESÖR			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Oftalmik skleral bastırıcı

1. Skleral Depresör Schocket modeli olmalıdır.
2. Çift taraflı olmalıdır.
3. Skleral depresörün uçları etkili skleral indentasyon yapacak ve indentasyon esnasında kaymayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Bir tarafı T şekilli uca sahip 2,7 mm × 6,5 mm ,diğer tarafı 5,5 mm × 2,2 mm yuvarlak uçlu olmalıdır.
5. Skleral depresörün uzunluğu 68mm olmalıdır.
6. Skleral depresörün sapı kaymaları engelleyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
7. Steril paket üzerinde ürün bilgileri yer almalıdır.
8. Sterilizasyon yöntemi Etilen Oksit olmalıdır.
9. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine, kayıtlı olmalıdır.

Doc. Dr. Yavuz ÖRUÇ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Diyarbakir No: 127771-Uzm. Tes. No: 164546

Uzm. Dr. Mustafa ÖZGÜL
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Diyarbakir No: 127771-Uzm. Tes. No: 164546

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Yasin YAŞAR
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Diyarbakir No: 192091
Uzm. Tes. No: 164546