

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/134  
KONU : Teklife Davet

12/02/2024

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **EKG KAĞIDI ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14/02/2024** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	EKG KAĞIDI ZONCARE	150	ADET		
2	EKG KAĞIDI BİOCARE	100	ADET		

12.02.2024

**Mehmet İLBOĞA**  
İdari ve Mali Hiz. Müd.

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TC  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

**EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-EKG Kağıdı **zoncare** Marka ve **İMAC12** EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-EKG kağıdı 110x100x150 boyutlarında olmalıdır.
- 3-EKG kağıdı termal olmalı ve grafikler üzerinde net ve belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
- 4-Kağıtta milimetrik kareler bulunmalıdır ve Z katlı olmalıdır.
- 5-Kağıt ambalaj içinde ve bir plastik yada karton üzerine sarılı olmalıdır.
- 6-Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

  
Mücahit YAMAN  
TXX

TC  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

**EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1-EKG Kağıdı **BIOCARE** Marka ve **İE12A** EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-EKG kağıdı 210x140x150 boyutlarında olmalıdır.
- 3-EKG kağıdı termal olmalı ve grafikler üzerinde net ve belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
- 4-Kağıtta milimetrik kareler bulunmalıdır ve Z katlı olmalıdır.
- 5-Kağıt ambalaj içinde ve bir plastik yada karton üzerine sarılı olmalıdır.
- 6-Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

Mücahit YAMAN  
TMMOB