

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/29
KONU : Muayene Eldiveni Mal Alımı

29.02.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 04.03.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Dr. Ahmet SAĞLAM
Başhekim

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Muayene Eldiveni Pudrasız (M)	Adet	30.000		
2	Muayene Eldiveni Pudrasız (L)	Adet	30.000		
Toplam					

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 04.03.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklifle açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

Lateks Pudrasız Muayene Eldiveni Teknik Şartnamesi

1. Ürün 100'lük paketler halinde olmalıdır.
2. Ürün AQL 1.5 olmalıdır.
3. Ürün Large-Medium-Small boyutlarında olmalıdır
4. Ürün Latex yapıda olmalıdır.
5. Ürün yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6. Ürün lastikiyeti yüksek olmalı, bilek kısımlarında yırtılmalara neden olmamalıdır.
7. Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB Kaydı olmalıdır.
8. Ürünün teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

Mehmet BİLER
T.K.Y
M.B.