

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/32
KONU : NST KAĞIDI ALIMI

04.03.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 07.03.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mal İşleri Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	NST Kağıdı Comen Star 5000 E/ Goldway	Adet	600		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 07.03.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

6- Alımımız Kısmi Teklifle açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

NST KÂĞIDI COMEN STAR 5000 E / GOLDWAY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Thermal Kâğıttan Üretilmiş Olmalıdır
- 110 mm*100mm Ebatlarında Olmalıdır.
- Z Katlamalı Olmalıdır
- 150 Sayfalık Paketlerde Olmalıdır
- Paketler Hava Ve Nem Almayacak Şekilde Shilink İle Ambalajlanmalıdır.
- Ambalaj Üzerinde Kâğıdın Marka Model Ve Ebatlarını Tanımlayıcı Bilgileri Bulunmalıdır.
- Üts Kaydı Yapılmış, Onaylanmış Olmalıdır.
- Mevcut Cihazda Kâğıdın Numunesi Denenip Uygunluk Alınmalıdır.

Armut ARAS
Tıbbi Sekreter
25130
Taşlıca İlçe Devlet Hastanesi

Ebe Elvan IŞIK
Diyadinde Sankisi
EM

Tıbbi Sekreter
25130