

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.03.2024

Sayı: 165  
Konu: HEMODİYALİZ KATETERİ YETİŞKİN 14.5F 26Cm ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.03.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ, SİMETRİK UÇLU, GÖVDESİ DÜZ, YAN DELİKLİ, 14.5F, 43(±1)CM			30	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

270005596

**SMT1728-HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ**

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Hemodiyaliz ve diğer extracorporeal işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile İnternal Jugular vene, subclavian vene ve femoral vene uygulanabilir olmalıdır.
<b>SM malzeme tanımlama bilgileri:</b>	<p>2. Kateter yetişkin veya pediatrik için; poliüretan, triniflex, silikon veya karbotan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.</p> <p>3. Diyaliz kateterinin pediatrik olanı için 8-10F ve 12-24cm aralığında, yetişkin olanı için ise 14,5F <math>\pm</math> 2,5F ve <del>20-50cm</del> <sup>26-28 cm</sup> <del>+5cm</del> aralığında seçenekleri olmalıdır.(Malzeme alt tanımlarında kateterin uç kısmından cuff'a kadar olan kısmın uzunluk bilgisi yer almaktadır). Kateterin juguler, femoral, subclavian bölgeler için uygun ölçüleri bulunmalıdır.</p> <p>4. Kateter ayrık uçlu, basamak uçlu veya simetrik uçlu olmalıdır. Ayrık uçlu kateter için; yan delikli veya yan deliği olmayan formlar mevcut olmalıdır.</p> <p>5. Kateter heparinkaplı veya heparinsiz olmalıdır.</p> <p>6. Kateterin gövde tipi düz veya kıvrımlı olmalıdır.</p> <p>7. Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacı ile bir adet biyouyumlucuff bulunmalıdır.</p> <p>8. Kateterin daha kolay kullanımı için dolun volümü extensionline üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir. İki lümenli kateter üzerinde klemler bulunmalı ve kateter konnektörleri arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renk kodlu olmalıdır.</p> <p>9. Pediatri kateterinin bulunduğu kit içinde; farklı kalınlıkta 1 veya 2 adet dilatör, 1 adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel, 1 adet metal veya sert plastik künt uçlu şekillendirilebilir tunneltool (trokar), 1 adet kilitleme mekanizması olan peelwaysheath (bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimize etmelidir), 1 adet giriş iğnesi, 2 adet luer-lock koruma kapağı bulunmalıdır.</p> <p>10. Yetişkin kateterinin bulunduğu kit içinde 8-14.5Fr aralığında kateter kalınlığı ile uyumlu 2 adet farklı ebatdilatör, 1 adet kateter uzunluğu ile uyumlu kılavuz tel, 1 adet metal künt uçlu şekillendirilebilir tunneltool (trokar), 1 Adet kilitleme mekanizması olan valfli peelwaysheath (bu</p>

	özelliđi ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimize etmelidir), 1 adet giriş iđnesi, 2 adet luer-lock koruma kapađı bulunmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	<p>11. Ayrık uçlu kateterde uçlarının ayrık veya ayrılabilir olması özelliđi ile tıkanma oranı en aza indirilmiř olmalıdır.</p> <p>12. Kateterler, resirkülasyonu önleyici özellikte olmalıdır.</p> <p>13. Kateterin döndürülebilir veya sabit dikiř kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.</p> <p>14. Kateterin yuvarlaklıđı veya oval yapısı daha kolay giriş ve hasta rahatlıđı sağlamalıdır.</p> <p>15. Kateter üzerinde, kateter uzunluđunca radyo-opak řerit olmalıdır.</p>
<b>Genel Hükümler:</b>	<p>16. Kateter kiti üzerinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren bilgilendirme brořürü veya formu bulunmalıdır. Kateter set halinde steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.</p> <p>17. Kateter alkol veya iyot tabanlı dezenfektanlarla kullanıldıđında zedelenmemelidir.</p>

Ayşe Gök  
Amiriyetken Fenik  
Hemire

Gibel BORAN  
Hemire