

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

05.03.2024

Sayı: 153
Konu: EEG PASTASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EEG PASTASI			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EKG pastası elektrodlar ile cilt arasındaki kontak rezistansında ki konduktiviteyi Arttıracak, EKG kaydıyla artifaktları engelleyecek özellikte olacaktır. *→ orijinal*
2. EKG pastası yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır. *→ orijinal*
3. EKG pastası terleme ve elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır. *→ orijinal*
4. EKG pastası kullanımdan sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir.
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pastaların suda kolay bir şekilde Temizlenmesi gerekmeyecektir. Bu maksatla suda kolay çözünebilecektir.
6. Kokusuz, opak ve allerjik yapmayacak özellikte olacaktır.
7. Hem EKG (Elektroensefelografi) hem de EP (Evokedpotential) uygulamalarında Kullanılabilir özellikte olacaktır.
8. Pastaların EKG bölümde kullanılan Nihon Kohden marka cihazının orijinal ürünü olmalıdır. *→ orijinal*
9. Teklif veren firma teklifle birlikte üretici yada distribütör firmanın yetki belgesini sunmalıdır.
10. Pastalar orijinal ambalajında olacak ve bir adedi 400 (dört yüz) gram(+/-) 3 (artı,eksi üç) olacaktır.

[Handwritten signature]

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İŞıl TATLIDİL
Klinik Norofizyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:163898 - Uzm.Tes.No:161222

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İŞıl TATLIDİL
Klinik Norofizyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:163898 - Uzm.Tes.No:161222

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. İŞıl TATLIDİL
Klinik Norofizyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:163898 - Uzm.Tes.No:161222