

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.03.2024

Sayı: 162

Konu: GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.03.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ			15000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ

- 1.Stripler biyosensör teknolojisi ile çalışmalıdır.
- 2.Stripleri kanı damlatmaya gerek duymadan stribin uç kısmından kapiller olarak çekilmelidir.
- 3.Stribin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
- 4.Strip kan örneği uygulandığında yeterli kan örneğinin uygulandığını cihaza bildirecek teknolojiye sahip olmalıdır.
- 5.Her 500 scribe 1 adet strip ile uyumlu glukometre cihazı verilecektir.
- 6.Stripler 1,5 mikrolite kan örneği ile çalışabilmelidir.
- 7.Stripler üzerinde stribin cihaza takılacak bölümünü gösterir işaretler bulunmalıdır.
- 8.Stripler 25'lik veya 50'lik ambalajlarda olmalıdır.
- 9.Stripler toplam 10 sn içerisinde sonuç verebilir özellikte olmalıdır.
- 10.Stripler orijinal ambalajında olmalıdır.Kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
- 11.Stripler 4-30 °C sıcaklıkta saklanabilmelidir.
- 12) Strip kutularında nemlenmeyi önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
- 13) Her kutunun içerisinde mutlaka bir kalibrasyon çubuğu bulunmalıdır.
- 14) Stripler dünyada gold standart kabul edilen YSi sistemleri ile yapılan karşılaştırmalarda geçerli olan standartları yakalamış olmalıdır.
- 15.Teslim tarihinden itibaren en az 1 (Bir) yıl miadlı olmalıdır.
- 16.Son kullanma tarihinin geçmesine 3 ay kala bildirilen kullanılmamış tüm tıbbi sarf malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.
- 17.Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Uzm. Dr. Abdurrahman SIMŞEK  
Acil Tıp Uzmanı  
Dip. Tes. No 142542  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. Ozan Utku DEVECİ  
Acil Tıp Uzmanı  
Dip. Tes. No. 151623