

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.03.2024

Sayı: 157

Konu: LARİNGOSKOP SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.03.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT LARİNGOSKOPİ TELESKOBU (5 BLADE) YETİŞKİN			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Laringoskopun handle ve blade'leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Setin içeriği 1 adet kalın handle ve 5adet Machintosh tipte blade' lerden oluşmalıdır. Bunlar;  
Macintosh no:0  
Macintosh no:1  
Machintosh No:2 ,  
Machintosh No:3  
Machintosh No:4
- 3.Blade'ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 4.Handle ile blade'nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.
- 5.Handle üzerinde xenon ampul bulunmalı ve 2 adet orta boy 1,5 voltluk pille çalışmalıdır.
- 6.Her setle birlikte 2 adet yedek ampul verilmelidir.
- 7.Blade'ler üzerinde bulunan fiber optik ışık sistemi çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.
- 8.BIade'ler 134 °C ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.
- 9.Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası ve modeli belirtilmiş olmalıdır.
- 10.Setin içindeki handle ve blade'ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.
- 11.Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.
- 12.Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
- 13.İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Kapsam dışı olan ürünler için, ürünün kapsam dışı olduğuna dair beyan dosyada bulunmalıdır. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasını bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimini aranacaktır
- 14.Numuneler denenerek alınacaktır.

  
AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Sorumlusu

  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Seydi ÇETİN  
Biyomedikal Cihaz Teknikeri