

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.03.2024

Sayı: 170

Konu: HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN SİTRİK ASİT ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU SİTRİK ASİT SIVI 5 LT			250	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SİTRİK ASİTLİ HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKTANİ ŞARTNAMESİ

1. Ürün, Fresenius ve gambro marka hemodiyaliz cihazlarının iç dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ünitenin istediği doğrultusunda gambro marka hemodiyaliz cihazları için %50 sitrik asit ve fresenius marka hemodiyaliz cihazları için %50 sitrik asit içeren dezenfektan teslim edilecektir.
3. Ürün, volümetrik karıştırma prensibi ile çalışan hemodiyaliz cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün, %50 ve %50 Sitrik Asit, %2,5 Laktik Asit, %2,5 Malik asit ve %100 RO su içermelidir.
5. Ürün cihazın entegre dezenfeksiyon programında kullanılabilmesi ve dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilebilirdir.
6. Ürün ambalajı, 5 litrelik bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
7. Ürünün ambalajının üzerindeki etiket, Türkçe olmalı ve CE standartlarına uygun etiketlenmiş olmalıdır. Ürün imal ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
8. Ürün, 56C ısı dezenfeksiyonunda, 15 dakikada Bakterisid (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae) ve Fungusid (Candida Albicans) etkili olmalıdır. Firma bunu kanıtıdığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.
9. Ürün, 56C ısı dezenfeksiyonunda, 15 dakikada Virüs (Poliovirüs, Adenoid 75, Human Adenovirüs, HIV, HBV, HCV) etkili olmalıdır.
10. 56C ve 37C dezenfeksiyonunda, kan artıkları ve kalsiyumkarbonat kalıntılarını parçalamalıdır.
11. Ürünün TSE belgesi olmalıdır.
12. Ürün, berrak ve akışkan olmalı, kendine has kokulu olmalı, içinde tortu bulunmamalıdır.
13. Ürün, 15-20 C derece sıcaklıkta ve gölgede kullanım süresi en az iki yıl olmalıdır.
14. Ürünün istenildiği takdirde, Ürün Güvenlik Bilgi Formu firma tarafından verilmelidir.
15. Ürün numuneleri ve gerekli olan belgeler, ürünü talep eden bölüm tarafından incelenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır. Numune getirmeyen firmalar, ihale dışı bırakılacaktır.
16. Firma, ürünün son kullanma tarihinden önce, depolama sırasında oluşan tortu, renk değişimi, kıvamında yoğunlaşma vb. durumlarında yenileri ile değiştirmelidir.

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlusu
D. Şifalı No: 6739
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlusu Hekimi
D. Sertifikası No: 3049
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi