



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



07.03.2024

Sayı : E-68917221-949-238652493  
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KAN TRANFÜZYON BİRİMİ İÇİN 400 ADET KAN TORBASİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14/03/2024** tarih ve saat 10:00'a kadar [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KAN TORBASİ (TEKLİ)	ADET	400		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm. Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TITUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:[ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: B5D53824-7AFC-4FD8-BBF1-666325B6DD0D

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi: [dogubayazitdh@hs01.kep.tr](mailto:dogubayazitdh@hs01.kep.tr)


Bilgi için: Neriman İLHAN  
Tıbbi Sekreter  
Telefon No:



# TEKNİK ŞARTNAME

S.NO	MALZEME ADI	MİKTARI	BİRİM
1	KAN TORBASI TEKLİ	400	ADET

1. PVC torba hacmi 450 mL alacak şekilde olmalı ve antikoagulan olarak CPDA-1 veya SAGM içermelidir.
2. İğne 16G olmalıdır.
3. Torba kenarında tüp takılacak askı yerleri olmalıdır.
4. Torba içinde ki çözeltinin ve kanın çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak saydamlıkta olmalıdır
5. İğne muhafaza üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır.
6. Torbalar alüminyum ambalaj içinde olmalıdır.
7. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır
8. Ürün, tam kan alımlarında ve tam kan tranfüzyonlarında kullanılabilir olmalıdır.
9. Ürünün kan alma hortomu elastik ve esnek olmalı.
10. Kan torbaları için CE belgesi olmalıdır.

Fmrah ESCEK  
Tosuncu Kağıt Yetkili  


Uzm.Dr.Gül Zekire SARAÇ  
Tıbbi Biyokimya Uzmanı  
Dip. Tes.No. 129535  
Dogubayazit Dr. Faşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi

Erkan KOS

