

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.03.2024

Sayı: 99

Konu: ACİL SERVİS KATETER TALEBİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.03.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	TORAKS KATETERİ 28CH			20	Adet		
2	TORAKS KATETERİ 24CH			20	Adet		
3	TORAKS KATETERİ 22CH			20	Adet		
4	TORAKS KATETERİ 26CH			20	Adet		
5	TORAKS KATETERİ 20CH			15	Adet		
6	TORAKS KATETERİ 18CH			15	Adet		
7	TORAKS KATETERİ 16CH			15	Adet		
8	TORAKS KATETERİ 14CH			15	Adet		
9	TORAKS KATETERİ 12CH			15	Adet		
10	TORAKS KATETERİ 10CH			15	Adet		
11	TORAKS KATETERİ 8CH			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1051 DRENAJ KATETERİ, TORAKS

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün çok sert veya çok yumuşak malzemedен yapılmamış olmalıdır. 3. Drenaj kateteri, trokarlı olmalıdır. 4. Trokarlı toraks tüpünün boyutu 8F ile 36F aralığında olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün, plevra boşluğuna uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıda olmalıdır. 6. Ürün, travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır. 7. Üründe, doku emilimini önleyen çapraz yan delikler olmalıdır. Son drenaj deliği radyoopak çizgi üzerinde olmalıdır. 8. Su altı drenaj sistemine doğrudan bağlanabilmeli veya ürünle aynı marka, drenaj sistemiyle uyumlu bir ara bağlantı adaptörü ücretsiz temin edilmelidir. 9. Ürün, radyoopak çizgiye sahip olmalıdır. Teklif edilen ürünün üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır. 10. Ürün göğüs boşluğu içerisine girdiği zaman kolay kıvrılmayacak rijiditede olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürün orijinal ambalajında ve steril paketlenmiş olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Acil Sorular
Mahmut Demir
MCD