



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-238661341
Konu : Teklife Davet

07.03.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KULLANILAN HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN 3 ADET KOL MANŞONU TEK HORTUMLU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14.03.2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YENİDOĞAN	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):
Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 9C456A07-A15F-440B-907C-CDC01E63B9D9

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: [Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr](https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr)
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



Hastabaşı Monitörü Tansiyon ManşonuYenidoğanTeknik Şartnamesidir.

1. Teklif edilen manşon **MINDRAY Marka** hastabaşı monitörlerine tam uyumlu olmalıdır.
2. Tansiyon manşonu **YENİDOĞAN** hastalarda (9,5-13,5cm) kullanıma uygun olmalıdır.
3. Teklif edilen manşon bağlantı soketi cihazın hava bağlantı hortumuyla tam uyumlu olmalıdır.
4. Teklif edilen manşon hastanın kolunu çepeçevre saracak ve cırt yapışmalı sistemle sabitlenebilecektir.
5. Teklif edilen manşon NIBP (Nonİnvaziv Basınç) ölçümü esnasında açılmayacak sağlamlıkta üretilmiş olacaktır.
6. Tansiyon manşonu basınca dayanıklı ve kaplama malzemesi cilde zarar vermeyen, kolay temizlenebilir ve terleme yapmayacak kumaştan olmalıdır.
7. Tansiyon manşonu üzerinde marka ve CE belgesi ibaresi, ölçü bilgileri ve arter ölçüm noktaları belirtilmelidir.
8. Teklif veren firmanın, üretici firmadan alınmış yetki belgesi olmalıdır. Yetki belgesini ibraz etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Teklif veren firmanın, teklif etmiş olduğu ürün orijinal olmalı ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde, teklif edilen ürüne ait marka için hizmet verdiği görülmeli veya yetki belgesi ile beyan edilmelidir
10. Teklif edilen malzeme, teslim alındığı tarihten itibaren 6 (ay) ay garantili olmalıdır. Sarf malzeme ve yedek parça kapsamında kullanılan malzemelerde kullanıma bağlı olarak yıpranan, eskijen, kirlenme nedeni ile işlevini görmeyen parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeni ile oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamına dahil edilmemelidir.
11. Teklif veren firmanın ürün ile ilgili ÜTS ürün kaydı veya bayiliği olmalıdır.
12. Üretici veya temsilci veya satıcı firmanın ISO 9001:2000. ve ISO 13485:2003 belgesi olmalı ve bunu belgelemelidir.
13. Klinik ve Klinik mühendislik birimi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilmelidir.
14. Malzeme ambalajında ürünün kodu, barkod numarası, üretici ve / veya satıcı firma bilgileri bulunmalıdır.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BASARGAN
Biyomedikal Teknikeri

Yenidoğan Yegem Bakan
Serimhan
Merve ÖZBAY
[Signature]

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GERENÇİ
Biyomedikal Tasarım Kayıt yetkilisi