

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.03.2024

Sayı: 107

Konu: FİZİK TEDAVİ MALZEME TALEBİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.03.2024 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FİZİK TEDAVİ PARAFİNİ			4	Adet		
2	TENS ELEKTRODU			600	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024


Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## SMT4072 TENS ELEKTRODU

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon elektrotu cildin yüzeyine elektrik uygulayarak sinirleri uyararak istenilen etkiyi yapabilecek özellikte imal edilmiş olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Elektrot en az 5*5(±1) (kare) 5*10(±1) (dikdörtgen) olmalıdır. 3. Bir pakette 4 adet elektrot bulunmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	4. Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3 cm uygun Soketi kablo girişi olmalıdır. 5. Elektrot içerisinde uzun süre kullanım için ve iyi iletkenlik için karbon Filmi olmalıdır. 6. Elektrot üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır 7. Elektrot en az 10 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır. 8. Elektrot kendinden yapışma özelliğine sahip olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	9. Malzeme non steril veya steril ambalajında teslim edilmelidir. 10. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti olmalıdır. 11. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.

Mutluğül Ekici  


## parafin boncuk teknik şartnamesi

1. Ürünün erime sıcaklığı 50-60 derece arasında olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ürün kimyasal katkı maddesi içermemelidir.
5. Parafin uygun sıcaklıkta eridiğinde tamamen şeffaf olmalıdır.
6. Doku için kullanıma uygun olmalıdır.
7. Boncuk şeklinde beyaz renkte olmalı.
8. CE işareti olmalıdır.

9. Teklif edilen ürün bir adet test kılmalıdır.

10. firmadan numune istenecektir.

11. Mal muaye komisyonunda geçtikten sipariş gelecektir.

Muayethan Elci  
