

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.03.2024

Sayı:112

Konu: DEFİBRİLATÖR BATARYASI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.03.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	defibrilatör bataryası			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedİ) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Batarya 12V , 2800 mAH gücünde olmalıdır. Bu değerlerin üstünde ve altında güçte batarya alınmayacaktır.
2. Batarya Nickel-metal Hydride (Ni –MH) özelliğinde olmalıdır.
3. Batarya soketi PHILIPS marka HeartStart XL+ modellerine uygun olacaktır. Orjinal olmalıdır. Sonradan ekleme soketlerle yapılan , orijinal soket bağlantılı olmayan bataryalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Batarya üzerinde firma bilgileri, batarya özellikleri, üretim tarihi, tehlikeli kullanım durumları ve benzeri durumları gösteren bilgiler bulunmalıdır.
5. Batarya üzerinde termik bulunmalıdır. Bu özelliğe sahip olmayan bataryalar değerlendirilmeyecektir.
6. Cihazın maksimum enerji seviyesi ile 20 o'C sıcaklığında tam şarj olmuş yeni bir batarya en az 70 defa şok yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
7. Batarya 3 saatte şarj olacak kapasiteye sahip olmalıdır.
8. Batarya CE belgeli olmalıdır. Bu teklif ile birlikte belgelendirilmelidir.
9. Örnek numune üzerinde değerlendirilecektir.

Mahmut DEMİR
M. DEMİR