

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.03.2024

Sayı: 180

Konu: BASINCA DAYANIKLI PORT SETİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PORT SETİ, BASINCA DAYANIKLI, MİNİ, 8.0F, 62(±2)CM			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


SMT Temel İşlevi:	1. Kemoterapi ihtiyacı olan hastalarda vücuda implante edilerek venöz yol ihtiyacını sağlayacak bir set sistemi olup, gerekli hallerde yüksek basınçlı BT vb. tetkik işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<p>2. Portun standart, mini, mikro çeşitleri olmalıdır.</p> <p>3. Portun kateteri 40cm-95cm aralığında uzunlukları olmalıdır.</p> <p>4. Port kateter 4F-10F arasında seçenekleri bulunmalıdır.</p> <p>5. Port seti içinde, venöz iğne, kılavuz tel, tünel açıcı trokar, port rezervuarı ve kateteri, ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü, huber iğnesi bulunmalıdır.</p> <p>6. Sistemin venöz iğnesi, 18G veya 20G kalınlıkta ve 5cm-7($\pm 0,5$)cm uzunlukta olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalıdır. İğne içinden en az 20G olanların içinden 0.018inç-0.025inç 18G olanların içinden 0,035inç kılavuz tel geçebilmelidir.</p> <p>7. Portun kateteri biyouyumluluğu ispatlanmış yumuşak malzemeden imal edilmiş olmalıdır.</p> <p>8. Portun rezervuarı, silikon septumlu titanyum hazneli polisülfondan veya yüksek kalitede plastikten (termoplastik) veya titanyumdan veya epoksiden veya Poli Eter Eter Keton (PEEK) imal edilmiş olup, cilt erozyonunu önlemek için üzerinin yuvarlatılmasını sağlayacak uygun bir madde ile üzeri kaplı olmalıdır.</p>
Teknik Özellikleri	<p>9. Portun kateteri radyopak olmalıdır.</p> <p>10. Port ile 300PSI basıçta 4-5cc/saniye ile infüzyon yapılabilmelidir.</p> <p>11. Sistemin ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü çap ve uzunluk olarak kateter ile uyumlu olmalıdır.</p> <p>12. Kılavuz tel, iğne ile uyumlu kalınlıkta ve ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü ile uyumlu olmalıdır.</p> <p>13. Sistemin dilatörü floroskopik olarak rahatça görünecek oranda radyopak olmalıdır.</p> <p>14. Kılavuz tel, güvenli kateter yerleştirmeye olanak verecek sertlikte olmalıdır ve takılma sırasında kolay eğilmemelidir.</p>
Teknik Özellikleri:	<p>15. Portun kateteri üzerinde "cm" işaretleri olmalıdır.</p> <p>16. Rezervuar ve kateteri önceden bağlı olmayan (unassembled) port sistemleri</p>

Ayfer Göke
Anadoktor
Sankar

Fibel BÖRER
Hemşire

SMT1931 PORT SETİ, BASINCA DAYANIKLI

	<p>olmalıdır.</p> <p>17. Tünel açıcı trokar, dokuyu rahat diseke edecek şekilde uç yapısında ve sertlikte olmalıdır. Ancak ucu çevre dokulara ve operatöre istemsiz kesilere neden olmaması için künt uçlu olmalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>19. Malzeme steril olmalıdır ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.</p>

Ayşe Gök
Ameliyathane Sanitary


Sibel BORAN
Hacine
