

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI

13.03.2024

Sayı: 181

Konu: MANUEL HASTA KARYOLASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MANUEL HASTA KARYOLASI			38	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MANUEL HASTA KARYOLASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ayar kolları ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi olmalıdır.
- Gizlenebilen ayar kolları olmalıdır.
- İki adet metal kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar olmalıdır.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökölüp takılabilen başlıklar olmalıdır.
- Tel muhafazalı ve profil şase olmalıdır.
- Çapraz kilitlenebilir plastik yapıda tekerler olmalıdır.
- Elektrostatik Boyalı metal aksam olmalıdır.
- Paslanmaz çelik, serum askısı olmalıdır.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği olmalıdır.
- Plastik çarpma tamponları olmalıdır.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası olmalıdır.
- Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmalıdır.
- Sünger 23 densite 2,5 cm kalınlığında olmalıdır.
- Malzemler 1. Sınıf kalite olmalıdır.
- Numunesi beğenilmeyen firmanın ürünü kabul edilmeyecektir.
- Uzunluk: 210 cm,En: 99 cm ve Yükseklik (Şiltesiz): 48 – 78 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi: 180 kg olmalıdır.
- (Aksesuarlar Dahil) olmalıdır.


Firat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomekanik Sorumlusu


AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomekanik ve Rehabilitasyon Teknikeri