

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.03.2024

Sayı: 187

Konu: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRİMİ HASTASI CELAL YETİŞİRL İÇİN 23 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.03.2024 saat: 09:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Zevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KALÇA LABRUM TAMİRİ MALZEME SETİ (AE0990)			1	Adet		
2	RADYOFREKANS PROBU BİPOLAR DÜZ/EĞRİ (AE2390)			1	Adet		
3	İRRİGASYON SETİ BASINÇ AYARLI KONTROL KASETLİ/KASETSİZ INFLOW/OUTFLOW KOMBİNE TÜR BOYLAR (AE1010)			1	Adet		
4	İRRİGASYON SETİ BASINÇ AYARLI KONTROL KASETLİ/KASETSİZ INFLOW KOMBİNE TÜR BOYLAR (AE1000)			1	Adet		
5	SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340)			1	Adet		
6	BURR UCU DÜZ STANDART (AE2440)			1	Adet		
7	BURR UCU DÜZ UZUN (AE2450)			2	Adet		
8	İRRİGASYON SETİ GİRİŞİM KANÜLLERİ ÇİFT TARAFLI/KİLİTLİ/YİVLİ/YİVSİZ ESNEK/SERT/EĞİLEBİLEN TÜR BOYLAR (AE1020)			3	Adet		
9	ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) BİYOKOMPOZİT/HA 3.5MM VE ALTI (AE1150)			2	Adet		
10	ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) BİYOKOMPOZİT/HA 3.6 MM VE ÜZERİ (AE1160)			2	Adet		
11	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ PEEK 3.5 MM VE ALTI (AE1190)			2	Adet		
12	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ(POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) PEEK 3.6 MM VE ÜZERİ(AE1200)			2	Adet		
13	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR			2	Adet		

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.NURSEN BAĞATUR
Dahili:

	İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ TİTANYUM 3.5 MM VE ALTI (AE1250)						
14	ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) TİTANYUM 3.6MM VE ÜZERİ (AE1260)			2	Adet		
15	ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) UHMWPE/POLİASETAL 3.5MM VE ALTI (AE1270)			2	Adet		
16	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ DÜBELLİ/KANATLI/VİDALI/ZİMBALI KENDİNDEN SÜTÜRSÜZ DÜĞÜMSÜZ ANKORLAR PEEK 3.6MM VE ÜZERİ (AE1540)			2	Adet		
17	YUMUŞAK DOKU-KEMİK/TENDON-TENDON/KEMİK- KEMİK TUTTURUCU ABSORBE OLMAYAN GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ İĞNELİ/İĞNESİZ UHMWPE+POLYESTER 0/2 (DAHİL) ARASI(AE2220)			4	Adet		
18	SÜTÜR TAŞIYICI SÜTÜR GEÇİRİCİ SÜTÜR YUMUŞAK DOKU TAMİRİ NİTİNOL/PROLEN/NAYLON MONOFİLEMENT LOOPLU KANÜLLÜ KILAVUZ TÛM BOYLAR (AE2250)			4	Adet		
19	SÜTÜR GEÇİRİCİ SÜTÜR İTİCİ ALETLİ TEKLİ TEL/ÇİFTLİ TEL NİTİNOL TÛM BOYLAR (AE2300)			2	Adet		
20	DRİLL PİN/TROKAR UÇ STANDART/SÜTÜR DELİKLİ/KANÜLLÜ/AÇILANABİLİR ÇELİK TÛM BOYLAR(AE2310)			4	Adet		
21	KALÇA ARTROSKOPİSİ GİRİŞİM KİTİ (AE2490)			2	Adet		
22	KALÇA ARTROSKOPİSİ GİRİŞ KILAVUZU-İĞNE (AE2480)			2	Adet		
23	sabitleme (fiksasyon) teli, kemik , kılavuz tel-guide wire, 1,5mm			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KALÇA ARTROSKOPİSİ ONARIMI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARTROSKOPİK KALÇA SETİ ŞARTNAMESİ

- 3.0 mm inflow kanülü olmalıdır.
- 4.5mm, 5.0mm ve 5.5mm operativ kanül olmalıdır. Üzerlerinde renk kodları olmalıdır. Kanüllerin arka kısmında valf takılacak kilitleme sistemi olmalıdır. Valf takıldığında 4.0mm artroskopün içine girebileceği kanül sistemi olmalıdır.
- 4.5mm, 5.0mm ve 5.5mm kanülü obturator olmalıdır. Üzerlerinde renk kodları olmalıdır.
- 4.5mm, 5.0mm ve 5.5mm lik 2 şer adet konikal obturator olmalıdır. Üzerlerinde renk kodları olmalıdır.
- 4.3mm çapında 13 inç uzunluğunda transfer çubuğu olmalıdır.
- Irrigasyon valfi olmalıdır. Bu valfi 4.5mm, 5.0mm ve 5.5mm lik operativ kanül lere uyumlu olmalıdır. Arka kısmı smith nephew marka artroskopların uyacağı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 3.0mm obturator ve ovula uyumlu inflow kanülü olmalıdır.
- Set içerisinde kalça artroskopisi için dizayn edilmiş çalışma aletleri uzun punch ve grasperler olmalıdır.
 - 2.2mm rotary punch sola eğimli
 - 2.2mm rotary punch sağa eğimli
 - 1.5mm scoop upbiter punch
 - 3.17mm duckling upbiter punch
 - 3.17mm duckling upswept punch
 - 1.67mm narrowline upbiter punch
 - 1.67mm narrowline upbiter sağa açılı punch
 - Geni yiyici sağa açılı punch
 - Geni yiyici sola açılı punch
 - Alligator max grasper
 - Bitbull grasper
- Sterilizasyon kutusu ile birlikte teslim edilmelidir.

KALÇA ARTROSKOPİSİ GİRİŞ SİSTEMİ

- Set içerisindeki tüm ürünler kalça artroskopisi için dizayn edilmiş olmalıdır. Kalça artroskopisi seti ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet director aimer olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet director bullet olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet director handle olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet switching stick kanülü olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet portal enlarger olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet modular t-handle olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet palm grip slotted cannula olmalıdır.
- Sterilizasyon kutusu ile birlikte teslim edilmelidir.

AKOĞRU ENERJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MERSİS: 08330000000000000000
Tic. Sic. No: 274945
Sicil Sicil No: 274945
KURUMSAL İMZA
GİRİŞİMİSİ
TARİHİ
2023/05/10
15:00

Ağa Eğitim ve Araştırma Hastane
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Op.Dr. Mehmet Fatih AKSAKAL
No: 153625

İĞNELİ TITANYUM ANCHOR

- 1- Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
- 2- Anchor titanyumdan imal edilmiş, konik yapıda 6.5 mm, 5.0 mm, 3.5 mm çap seçenekli olmalıdır.
- 3- Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalı ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara suture üzerinde bağlı olmalıdır.
- 4- Suturelar kullanın koruyucu ağsından farklı olarak kendinden geçirilebilir dikiş materyali seçeneği olmalıdır.
- 5- Suturelar yüksek molarlı, ağırlikli polietilen (PEEK) fibrilleri ile özellikle güçlendirilmiş olmalıdır.

İĞNELİ SUTURE

- 1- Suture transferinde kullanılmamalıdır.
- 2- İğne uzunluğu 23 cm olmalıdır.
- 3- İğnenin 65mm kısmı iletebilir olmalıdır.
- 4- İğnenin uc kısmında suture alma işlemi için çentik olmalıdır.
- 5- İğne özel bir el aletine takılarak kullanılmalıdır. Bu el aletini firma tarafından ameliyatlara getirilmelidir.
- 6- Steril tek kullanımlık paket içerisinde olmalıdır.

DÜĞÜMSÜZ ANCHOR

- 1- Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
- 2- Anchor PEEK'den imal edilmiş, konik yapıda 6.5 mm, 5.0 mm, 2.9 mm çap seçenekli olmalıdır.
- 3- Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalıdır.

EMİLEBİLEN ANCHOR

- 1- Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
- 2- Anchor PEEK'den imal edilmiş, konik yapıda 6.5 mm çap seçenekli olmalıdır.
- 3- Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalı ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara suture ve 1 (bir) adet 2 (iki) numara suture üzerinde bağlı olarak 2 farklı seçeneği olmalıdır.

SUTURE GEÇİRİCİ

- 1- Tek taraflı ergonomik kavrama yapısı olmalıdır.
- 2- Uç kısmı yekpare kanülü ve dışlanmaz çelikten olmalıdır.
- 3- Dayanıklı idare edilebilir bir tüp kontrol mekanizması olmalıdır.
- 4- En az 3 çeşit uç dizaynı ve ölçülerine sahip olmalıdır.

AMNİYAL SETİ

- 1- Kamiler özellikle arduo Popicör uz ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Gözetici portörleri olmalıdır.
- 3- Düz yüzeyli ve yivli seçenekleri olmalıdır.
- 4- Steril olmalı içeriği görünür olmalıdır.
- 5- Ağırlıklı olmalı, eklem çirkinliğini önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6- 5 mm'den 8.5 mm'e kadar en az 5 çeşit çap seçenekleri olmalıdır.
- 7- Alerjik özellik göstermemesi için lateks içermemelidir.

SPS JUMBLIND PROBE

- 1- Sankromiyel deyimasyonla, ilközellilik üzere arduo artroskopisi, OCB tamiri dahil olmak üzere diz artroskopisinde kullanılmalıdır.
- 2- Tüm yumuşak doku çeşitlerini etkin şekilde çıkarılması için geliştirilmiş görüntü netliği ile kontrollü ablyasyon sunmalıdır.
- 3- Aspiratör özelliği olmalıdır.
- 4- Bipolar özelliğe olmalıdır.
- 5- Gövde bayağı 7.5 mm enli ve 90° açıya sahip olmalıdır.

ARTROSKOPİK İRRİGASYON SETİ TEKNİK SARTNAMESİ

- 1- Artroskopide kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Skleranji basıncı kontrol edilebilir olmalıdır.
- 3- Tek kullanımlık basınç kasetleri halinde olmalıdır.
- 4- ISO Steril, tek kat ambalajlı, uluslararası paketlenme standartlarında olmalıdır.
- 5- Çift serum girişi olmalıdır. inflow-outflow akış yapabilmelidir.
- 6- Her türlü artroskopik kanüle ile uyumlu olmalıdır.

AMA HASTA
BİLGİLENDİRME
FORMU
TMMOB
TMMOB
TMMOB

Aktif Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op.Dr. Mehmet Ferit Akçaya
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler

AE0090	KALÇA LABRUM TAMIRİ MALZEME SETİ	1
AE2390	RF PROBU	1
AE1010	ARTROPUMP İNFLOW OUTFLOW	1
AE1000	ARTROPUMP İNFLOW OUTFLOW	1
AE2340	SHAVER UCU	1
AE2440	BURR SHAVER UCU	1
AE2450	LONG BURR	2
AE1620	KANÜL	3
AE1150	ANCHOR	2
AE1160	ANCHOR	2
AE1190	ANCHOR	2
AE1200	ANCHOR	2
AE1250	ANCHOR	2
AE1260	ANCHOR	2
AE1270	ANCHOR	2
AE1540	ANCHOR	2
AE1220	SERBEST GÜÇLENDİRİLMİŞ SİTÜR	4
AE1750	ALTIYERİÇİRİCİ	4
AE2300	ALTIYERİÇİRİCİ	2
AE2310	GUIDE	4
AE2320	GUIDE 1.5MM	2
AE2490	MP KİT	2
AE2480	MP GUIDE	2

Akademi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Ortopedi ve Travmatoloji
 Dış. Tesis. No: 4479420
 Op. Dr. Mehmet İ. ...
 DDr. ...

Akademi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Ortopedi ve Travmatoloji
 Dış. Tesis. No: 4479420
 Op. Dr. Mehmet İ. ...
 DDr. ...