

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

15.03.2024

Sayı: 188

Konu: ORTOPEĐİ VE TRAVMATOLOĐİ BİRİMİ HASTASI ZEHRA DEMİRKOL İÇİN 23 KALEM TIBBİ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/f maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.03.2024 saat: 09:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KALÇA LABRUM TAMİRİ MALZEME SETİ (AE0990)			1	Adet		
2	RADYOFREKANS PROBU BİPOLAR DÜZ/EĞRİ (AE2390)			1	Adet		
3	İRRİGASYON SETİ BASINÇ AYARLI KONTROL KASETLİ/KASETSİZ INFLOW/OUTFLOW KOMBİNE TÜM BOYLAR (AE1010)			1	Adet		
4	İRRİGASYON SETİ BASINÇ AYARLI KONTROL KASETLİ/KASETSİZ INFLOW KOMBİNE TÜM BOYLAR (AE1000)			1	Adet		
5	SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340)			1	Adet		
6	BURR UCU DÜZ STANDART (AE2440)			1	Adet		
7	BURR UCU DÜZ UZUN (AE2450)			2	Adet		
8	İRRİGASYON SETİ GİRİŞİM KANÜLLERİ ÇİFT TARAFLI/KİLİTLİ/YİVLİ/YİVSİZ ESNEK/SERT/EĞİLEBİLEN TÜM BOYLAR (AE1020)			3	Adet		
9	ÇAPA/VİDA/ZİMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) BİYOKOMPOZİT/HA 3.5MM VE ALTI (AE1150)			2	Adet		
10	ÇAPA/VİDA/ZİMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) BİYOKOMPOZİT/HA 3.6 MM VE ÜZERİ (AE1160)			2	Adet		
11	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZİMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ PEEK 3.5 MM VE ALTI (AE1190)			2	Adet		
12	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZİMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ(POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) PEEK 3.6 MM VE ÜZERİ(AE1200)			2	Adet		
13	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ ÇAPA/VİDA/ZİMBA ANKORLAR			2	Adet		

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e\_mail: Hız.NURSEN BAĞATUR  
Dahili:

	İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ TİTANYUM 3.5 MM VE ALTI (AE1250)						
14	ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) TİTANYUM 3.6MM VE ÜZERİ (AE1260)			2	Adet		
15	ÇAPA/VİDA/ZIMBA ANKORLAR İĞNELİ/İĞNESİZ GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ (POLİETİLEN KAPLI POLYESTER/UHMWPE) UHMWPE/POLİASETAL 3.5MM VE ALTI (AE1270)			2	Adet		
16	BAĞ/TENDON/DOKU TAMİRİ TESPİT SİSTEMİ DÜBELLİ/KANATLI/VİDALI/ZİMBALI KENDİNDEN SÜTÜRSÜZ DÜĞÜMSÜZ ANKORLAR PEEK 3.6MM VE ÜZERİ (AE1540)			2	Adet		
17	YUMUŞAK DOKU-KEMİK/TENDON-TENDON/KEMİK- KEMİK TUTTURUCU ABSORBE OLMAYAN GÜÇLENDİRİLMİŞ SÜTÜRLÜ İĞNELİ/İĞNESİZ UHMWPE+POLYESTER 0/2 (DAHİL) ARASI(AE2220)			4	Adet		
18	SÜTÜR TAŞIYICI SÜTÜR GEÇİRİCİ SÜTÜR YUMUŞAK DOKU TAMİRİ NİTİNOL/PROLEN/NAYLON MONOFİLEMENT LOOPLU KANÜLLÜ KILAVUZ TÛM BOYLAR (AE2250)			4	Adet		
19	SÜTÜR GEÇİRİCİ SÜTÜR İTİCİ ALETLİ TEKLİ TEL/ÇİFTLİ TEL NİTİNOL TÛM BOYLAR (AE2300)			2	Adet		
20	DRİLL PİN/TROKAR UÇ STANDART/SÜTÜR DELİKLİ/KANÜLLÜ/AÇILANABİLİR ÇELİK TÛM BOYLAR(AE2310)			4	Adet		
21	KALÇA ARTROSKOPİSİ GİRİŞİM KİTİ (AE2490)			2	Adet		
22	KALÇA ARTROSKOPİSİ GİRİŞ KILAVUZU-İĞNE (AE2480)			2	Adet		
23	sabitleme (fiksasyon) teli, kemik , kılavuz tel-guide wire, 1,5mm			2	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## KALÇA ARTROSKOPİSİ ONARIMI MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### ARTROSKOPİK KALÇA SETİ ŞARTNAMESİ

- 3.0 mm inflow kanülü olmalıdır.
- 4.5mm, 5.0mm ve 5.5mm operativ kanül olmalıdır. Üzerlerinde renk kodları olmalıdır. Kanüllerin arka kısmında valf takılacak kilitleme sistemi olmalıdır. Valf takıldığında 4.0mm artroskopin içine girebileceği kanül sistemi olmalıdır.
- 4.5mm, 5.0mm ve 5.5mm kanüllü obturator olmalıdır. Üzerlerinde renk kodları olmalıdır.
- 4.5mm, 5.0mm ve 5.5mm lik 2 şer adet conikal obturator olmalıdır. Üzerlerinde renk kodları olmalıdır.
- 4.3mm çapında 13 inç uzunluğunda transfer çubuğu olmalıdır.
- Irrigasyon valf i olmalıdır. Bu valf 4.5mm,5.0mm ve 5.5mm lik operativ kanül lere uyumlu olmalıdır. Arka kısmı smith nephew marka artroskopların uyacağı kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 3.0mm obturator ve buna uyumlu inflow kanül olmalıdır.
- Set içerisinde kalça artroskopisi için dizayn edilmiş çalışma alanı uzun punch ve grasperler olmalıdır.
  - 2.2mm rotary punch sola eğimli
  - 2.2mm rotary punch sağa eğimli
  - 1.5mm scoop upbiter punch
  - 3.17mm duckling upbiter punch
  - 3.17mm duckling upswept punch
  - 1.67mm narrowline upbiter punch
  - 1.67mm narrowline upbiter sağa açılı punch
  - Geni yiyici sağa açılı punch
  - Geni yiyici sola açılı punch
  - Augator max grasper
  - Augator min grasper
- Sterilizasyon kutusu ile birlikte teslim edilmelidir.

### KALÇA ARTROSKOPİSİ GİRİŞ SİSTEMİ

- Set içerisindeki tüm ürünler kalça artroskopisi için dizayn edilmiş olmalıdır. Kalça artroskopi seti ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet director aimer olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet director bullet olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet director handle olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet switching ağız kanüllü olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet portal enjeksiyon olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet modular t handle olmalıdır.
- Set içerisinde 1 adet piston grip slotted cannula olmalıdır.
- Sterilizasyon kutusu ile birlikte teslim edilmelidir.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ  
ATAŞTANIMCI  
DIP. DR. MELİH BİLİR  
DIP. TES. NO. 1730635

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ  
ATAŞTANIMCI  
DIP. DR. MELİH BİLİR  
DIP. TES. NO. 1730635

## İĞNELİ TİTANYUM ANCHOR

1. Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
2. Anchor titanyumdan imal edilmiş, konik yapıda 6.5 mm, 5.0mm, 3.5 mm çap seçenekli olmalıdır.
3. Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalı ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara suture üzerinde bağlı olmalıdır.
4. Sutureler kullanıma kolaylığı açısından farklı 2 renkte kendinden iğneli dikis materyali seçeneği olmalıdır.
5. Suturelar yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UMW) fibrilleri ile özellikle güçlendirilmiş olmalıdır.

## İĞNELİ SUTUR

1. Suture transferinde kullanılmalıdır.
2. İğne uzunluğu 23 cm olmalıdır.
3. İğnenin 65mm kısmı fleksabil olmalıdır.
4. İğnenin uç kısmında suture firması amaçlı bir çentik olmalıdır.
5. İğne özel bir el aletine takılarak kullanılmalıdır. Bu el aleti firma tarafından ameliyatlara getirilmelidir.
6. Steril tek kullanımlık paket içerisinde olmalıdır.

## DÜĞÜMSÜZ ANCHOR

1. Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
2. Anchor PEEK'den imal edilmiş, konik yapıda 6.5 mm, 5.0mm, 2.9 mm çap seçenekli olmalıdır.
3. Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalıdır.

## EMİLEBİLEN ANCHOR

1. Anchor, Açık ve mini açık Bankart, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps tenodesis'te kullanılabilir.
2. Anchor PEEK'den imal edilmiş, konik yapıda 2.9 mm çap seçenekli olmalıdır.
3. Steril, tek kullanımlık paketler halinde olmalı, tornavidası ile birlikte hazır halde bulunmalı ve 2 (iki) adet 2 (iki) numara ve 1 (bir) adet 2 (iki) numara suture üzerinde bağlı olarak 2 farklı seçeneği olmalıdır.

## SUTUR GEÇİRİCİ

1. Tek kullanımlık ergonomik kaymaz saplı olmalıdır.
2. Uç kısmı yekpare kanül ile püskürtme çelikten olmalıdır.
3. Baş parmakla idare edilen bir aletle kontrol mekanizması olmalıdır.
4. En az 7 çeşit uç dizaynı ve açılabilir olmalıdır.

## KANÜLİ SETİ

1. Kanüller özellikle artroskopik diğer ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Künt obturatoru olmalıdır.
3. Düz yüzeyli ve yivli seçenekleri olmalıdır.
4. Şeffaf olmalı içeriği görünmelidir.
5. Ağız lastikli olmalı, eklemler içindeki sıvıyı dışarı çıkarması önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
6. 5 mm'den 8.5 mm'e kadar en az 5 çeşit çap seçenekleri olmalıdır.
7. Alerjik özellik göstermemesi açısından lateksi içermemelidir.

## RF-S WHIRLWIND PROB

1. Sıvı akromiyal dekomprasyon ünitesi olmak üzere omuz artroskopisi, OCB tamiri dahil olmak üzere diz artroskopisinde kullanılabilir.
2. Tıraş yapacak diğer pasideyritin etkin şekilde çıkarılması için geliştirilmiş görüntü netliği ile kontrollü ablyasyon sunmalıdır.
3. Aspiratör özelliği olmalı.
4. Bipolar özelliği olmalıdır.
5. Gövde boyu 3.75 mm olmalı ve 90° eğri sahip olmalıdır.

## ARTROSKOPİK İRRİGASYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Artroskopide kullanıma uygun olmalıdır.
2. Eklemler için basınç kontrolü olmalıdır.
3. Tek kullanımlık basınç ölçümleri halinde olmalıdır.
4. EO Steril, tek kullanımlık steril uluslararası paketlenme standartlarında olmalıdır.
5. Çift seramik giriş çıkışlar inflow-outflow akışı yapabilmelidir.
6. Her türlü artroskopik kanüle uyumlu olmalıdır.

Aziz Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği  
Op. Bld. 3. Bp. 1. Kat No: 153/MS  
Dip.

AE0990	KALÇA LABRUM TAMİRİ MALZEME SETİ	1
AE2390	RF PROSES	1
AE1010	ARTROPUMP INFLOW/OUTFLOW	1
AE1000	ARTROPUMP INFLOW/OUTFLOW	1
AE2340	SHAVER DCU	1
AE2440	BURR SHAVER DCU	1
AE2450	LONG BURR	2
AE1020	KANCI	3
AE1150	ANCHOR	2
AE1160	ANCHOR	2
AE1190	ANCHOR	2
AE1200	ANCHOR	2
AE1250	ANCHOR	2
AE1260	ANCHOR	2
AE1270	ANCHOR	2
AE1540	ANCHOR	2
AE2220	SERBEST GÜÇLENDİRİLMİŞ SÖTÜR	4
AE2250	SÖTÜR GECİRİCİ	4
AE2300	SÖTÜR GEİRİCİ	2
AE2310	GUIDE	4
AE2320	GUIDE 1,5MM	2
AE2490	HİP KİT	2
AE2480	HİP GUIDE	2

Dr. Dr. Mustafa Kemal Atatürk  
 İstanbul Tıp Fakültesi  
 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
 Dr. Dr. Mustafa Kemal Atatürk  
 İstanbul Tıp Fakültesi  
 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
 Dr. Dr. Mustafa Kemal Atatürk  
 İstanbul Tıp Fakültesi  
 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Akis Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
 Op.Dr. Mehmet Fatih Arslan  
 Dip. No: 152223