

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.03.2024

Sayı: 202

Konu: GÖZ PEDİ YETİŞKİN STERİL TEKLİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÖZ PEDİ, YETİŞKİN, TEKLİ			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GÖZ PEDİ STERİL, TEKLİ

SMT Temel İşlevi:	<ol style="list-style-type: none">1. Ürün göz yaralanmalarında dış etkenlerin etkilerinden korumak için, ameliyat sonrası göz bakımında ve/veya anestezi işlemi sırasında gözü korumak amacı ile medikal malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<ol style="list-style-type: none">2. Ürünün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak tek gözde kullanılan tekli ve/veya her iki gözde aynı anda kullanıma uygun ikili çeşitlerinden ve/veya siperli tekli-siperli ikili tiplerinden herhangi biri olmalıdır.3. Ürün hasta tipine göre pediatrik ve/veya yetişkin hastalarda kullanıma uygun farklı ürün tipleri olmalıdır.4. Ürünün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak steril veya nonsteril tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<p><u>GÖZ PEDİ TEKLİ VE İKİLİ</u></p> <ol style="list-style-type: none">5. Işık geçirmeyen tampon ile göz için gerekli karanlığı sağlamalıdır.6. Göz bölgesini tamamen kapatacak oval şekilde tasarlanmış olmalıdır.7. Alerji yapmayan, kolay yapışır ve kolay çıkarılır yapıda olmalıdır.8. Gözenekli yapıda olmalı bu sayede cildin hava almasını sağlamalıdır.9. Gözde oluşabilecek her türlü hasar sonrasında ve/veya anestezi altında gözü kapatmak ve korumak için kullanıma uygun olmalıdır.10. Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün operasyon esnasında kolay görülebilecek şekilde imal edilmiş olmalı ve 2'li pakette her göz için bir bant bulunmalıdır.11. Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün şeffaf yapıda olup operasyon esnasında gözün açık kalması halinde görülmesini sağlamalıdır.12. Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün göz ve çevresini kaplayacak uzunlukta olmalıdır. Ürün en az 33*53 mm olmalıdır. <p><u>GÖZ PEDİ SİPERLİ</u></p> <ol style="list-style-type: none">13. Ürün herhangi bir travma setine sığacak kadar küçük ve steril ambalajlarda vakumlu tek kullanımlık olarak sunulmalıdır.14. Siperli göz pedi tiplerinde ambalajın içinde 6.5cm çapında dışa bombeli ve hava delikleri olan 1 adet alüminyum göz siperi olmalı ve sipere bitişik geniş bir yüzeyi kapsayacak şekilde 15*15cm'lik 1 adet hidrojel disk ve 10*10cm ebadında 2 adet gazlı bez bulunmalıdır.15. Siperli tiplerinde hidrojel disk, doğal kauçuk veya lateks içermemelidir.

GÖZ PEDİ STERİL, TEKLİ

**Genel
Hükümler:**

16. Ürün UTS kaydı olmalıdır.
17. Ürün tekli ambalajda sunulmalıdır.

