

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.03.2024

Sayı: 197

Konu: 2 KALEM NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.03.2024 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜ, PVC, 12F			500	Adet		
2	NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜ, PVC, 8F			1000	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜ PVC

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Ürün irrigasyon ve drenaj yapmak ve nazogastik beslenmeyi sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürün PVC, silikon veya poliüretandan yapılmış olmalıdır. 3. Poliüretan sonda kılavuz telli ve uzun dönem kullanıma uygun olmalıdır. 4. Ürün çeşitli kalınlıkta (4-6-8-10-12-14-16-18-20-22F) temin edilebilmelidir. 5. Ürünün uzunluğu 40- 120 cm arasında olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	6. Ürünün kapağı hava ve su sızdırmayacak özellikte olmalıdır. 7. Ürün latex içermemelidir. 8. Ürünün ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır. 9. Üründe sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 2 delik olmalıdır. 10. Ürün üzerinde en az 1cm aralıklarla işaretlenmiş cm çizgileri olmalıdır. 11. Ürünün dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalı veya Y port şeklinde çift girişe olanak sağlamalıdır. 12. Ürününde ölçekli derinlik işareti olmalıdır. 13. Ürün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır. 14. Ürünün bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır. 15. Üzerinde radyopak çizgileri olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	16. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

  
Cemal  
30/15