

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.03.2024

Sayı:116

Konu: TIBBİ SARF DEPO 8 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.03.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EFOR ELEKTRODU JELLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YETİŞKİN			2000	Adet		
2	ASPIRASYON KATETERİ VAKUM KONTROLLÜ NO:14			450	Adet		
3	ASPIRASYON KATETERİ VAKUM KONTROLLÜ NO:16			150	Adet		
4	ENTERAL BESLENME Tüpü / SONDASI (PVC) 4 F 40-50CM			750	Adet		
5	ENTERAL BESLENME Tüpü / SONDASI (PVC) 6 F 40-50CM			750	Adet		
6	ENTERAL BESLENME Tüpü / SONDASI (PVC) 8 F 40-50CM			750	Adet		
7	ORAL AIRWAY NO 3			50	Adet		
8	FİZİK TEDAVİ PARAFİNİ			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1526-AİR-WAY ORAL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün bilinci kapalı ve yarı kapalı hastalarda havayolu açıklığını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 3. Ürünün çeşitli boy ve numaraları olmalıdır 4. Ürün uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün ağız içi yapısına uygun olarak kavisli olmalıdır. 6. Ürün esnek ve kırılmaz dayanıklı yapıda olmalıdır. 7. Ürünün aspirasyon kateterinin geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır. 8. Ürünün uç kısmı atravmatik olmalıdır. 9. Ürün latex içermemelidir.
Genel Hükümler:	10. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Sevin Yeşil Kural



parafin boncuk teknik şartnamesi

1. Ürünün erime sıcaklığı 50-60 derece arasında olmalıdır.
2. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ürün kimyasal katkı maddesi içermemelidir.
5. Parafin uygun sıcaklıkta eridiğinde tamamen şeffaf olmalıdır.
6. Doku için kullanıma uygun olmalıdır.
7. Boncuk şeklinde beyaz renkte olmalı.
8. CE işareti olmalıdır.
9. Tehlif edilen ürün bir adet teski olmalıdır.
10. firmadan numune istenecektir.
11. Mal müaye komisyonundan geçtikten sipariş verilecektir.

Muhterem Elçi



SMT1206-ASPIRASYON KATETERİ

SMT Temel İşlevi:	1. Orafarenks ve trekea içindeki biriken salgıların emilmesi için dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır. 3. Ürün ebatları 4-22 F aralığında olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürün yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır. 5. Ürün travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, açık distal uç, doku emilmesini önleyen çapraz veya yan en az iki deliği olmalıdır. 6. Ürün numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış olmalıdır 7. Ürün standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50±10 cm. olmalıdır. 8. Ürün konnektörü konik şekilde funnel girişli olmalıdır. 9. Ürün endotrakeal tüp içinde ileri geri kolaylıkla hareket edebilmelidir. 10. Ürün uç kısmı, çam ucuna uygun olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Melika AKBAŞ


SMT1340 NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün irrigasyon ve drenaj yapmak ve nazagastik beslenmeyi sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün PVC, silikon veya poliüretandan yapılmış olmalıdır. 3. Poliüretan sonda kılavuz telli ve uzun dönem kullanıma uygun olmalıdır. 4. Ürün çeşitli kalınlıkta (4-6-8-10-12-14-16-18-20-22F) temin edilebilmelidir. 5. Ürünün uzunluğu 40- 120 cm arasında olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	6. Ürünün kapağı hava ve su sızdırmayacak özellikte olmalıdır. 7. Ürün latex içermemelidir. 8. Ürünün ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır. 9. Üründe sondanın distal kısmındaki çıkışında en az 2 delik olmalıdır. 10. Ürün üzerinde en az 1cm aralıklarla işaretlenmiş cm çizgileri olmalıdır. 11. Ürünün dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör ile bağlantıya uygun olmalı veya Y port şeklinde çift girişe olanak sağlamalıdır. 12. Ürününde ölçekli derinlik işareti olmalıdır. 13. Ürün giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır. 14. Ürünün bükülmeye dirençli kolay yerleştirmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır. 15. Üzerinde radyopak çizgileri olmalıdır.
Genel Hükümler:	16. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Melika Akbay


SMT3750 EKG ELEKTRODU

SMT Temel İşlevi:	1. Yüksek iletken yapısı ve yapışkan yüzeyi ile kirli ciltlerde bile EKG (Elektrokardiyografi) çekilebilmesine olanak sağlayacak şekilde medikal malzemeden dizayn edilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün kullanım yeri veya hasta tipine göre farklı boy ve ebatlarda seçenekleri olmalıdır. 3. Ürünün sıvı jelli elektrot, katı jelli elektrot, ambulans hizmetlerinde kullanılan yeniden konumlandırılabilen sıvı jelli, yeniden konumlandırılabilen katı jelli elektrot, efor elektrodu ve radyolusent elektrot (radyolojik çekim uyumlu) tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Sırt materyali Polietilen (PE) köpük veya kumaş olmalıdır. 5. Jel cilt üzerinde atık bırakmamalı ve non-irritan olmalıdır. 6. Jelin koruma tabakası PVC den imal edilmiş olmalıdır. 7. Ürün yapışkan kısmı hipoallerjik yapıda olmalı ve hasta cildinde tahriş yapmamalıdır. (Bu özelliği belgelendirilebilmelidir) 8. EKG kablosuna bağlanması için çıt-çıt uca sahip olmalı ve kaliteli iletkenlik sağlamalıdır. 9. Elektrot kolay yapışabilmeli yapışkanı suya dirençli olmalı terleme ile kolay çıkmamalıdır. 10. Radyolojik çekim uyumlu elektrotlar, MR, röntgen ve diğer görüntüleme teknikleri ile beraber kullanılabilir olmalı, sağlık kuruluşunda kullanılan her marka görüntüleme, EKG cihazlarına ve tüm monitörlere uyumlu olmalıdır 11. Ürünün yeni doğan tipleri kendinden kablolu olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ambalajın iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş poşetler halinde olmalıdır. 13. Sağlık kuruluşunda kullanılan her marka EKG cihazlarına ve tüm monitörlere uyumlu olmalıdır.

Melihan AKBAŞ
