

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

18.03.2024

Sayı: 11
Konu: İMPLANT MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.03.2024 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DENTAL İMPLANT CERRAHİ SETİ			5	Adet		
2	TUNGSTEN CARBİDE FREZ FISSÜR CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN			5	Adet		
3	TUNGSTEN CARBİDE FREZ ROND CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- **Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Bütün kalemlere fiyat teklifi verilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.**

ŞARTNAME

1-IMPLANT CERRAHİ SETİ

- 1- Implant cerrahisinde kullanılmak üzere paslanmaz çelikten imal edilmiş cerrahi aletler olmalıdır.
- 2- El aletleri Paslanmaz Çelik Tel örgü kaset içerisinde sterilizasyona hazır vaziyette yerleşik olmalıdır.
- 3- Set içerisindeki Eklemlı Aletler kullanımı rahat paslanmaz çelikten mamul yüzeyleri prüzsüz ve polisajı düzgün olmalıdır.
- 4- Set içerisindeki Cerrahi El aletleri Standartlarda tanımlanan tipte klinik cerrahide kullanıma uygun yüzeyleri prüzsüz ve polisajı düzgün olmalıdır.
- 5- Implant Cerrahi Seti içerisindeki ürünler ve kast ile birlikte kullanıma uygunluğu ilgili klinik sorumlusu hekimlerin onayı alınmalıdır.
- 6- Set içerisinde aşağıda detayı verilen ürünler olmalıdır.
 - 1- Sterilizasyon Kaseti tel örgü
 - 2- Flep Ekartörü
 - 3- Cerrahi Küret
 - 4- Periost Elevatörü
 - 5- Periodontal Sond
 - 6- Kemik Eğesi
 - 7- Bisturi Sapı
 - 8- Doku Pensi
 - 9- Makas
 - 10-Portekü
 - 11-Hemostat
 - 12-Serum taşı
 - 13-Aspiratör ucu

2-PİYASEMEN İÇİN CERRAHİ FİSSUR LINDEMAN FREZİ

1. Orijinal 2 li blister ambalajında olacaktır. Ürün hijyeni açısından her bir frez tek olarak diğerlerinin ambalajı bozulmadan alınabilmelidir.
2. Ürün numarası ve diğer bilgiler silinmeyecek ve değiştirilmeyecek şekilde blister ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırma olmamalıdır.
3. Orijinal ambalajı üzerinde markası, ISO numarası, LOT numarası ve HIBC kare kod barkodu yazılı olacaktır.
4. Avrupa menşei olmalıdır. Ürün ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı yazılı olmalıdır.
5. Orijinal ambalajı üzerinde frezin kullanım için gerekli maksimum devri belirtilmiş olacaktır.
6. Frezler Tungusten Karbide malzemedan üretilmiş olmalıdır. Cerrahi amaçlı özel imal edilmiş kesici yüzeyleri parlak olacaktır. Kesici yüzeyleri kullanıldığında hemen deforme olmayacak özellikte olmalıdır.
7. 135° derece santigratta otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
8. Frezler iaderenin istediği çap ve boyda teslim edileceklerdir.

3-PİYASEMEN İÇİN CERRAHİ ROND FREZİ



1. Orijinal 2 li blister ambalajında olacaktır. Ürün hijyeni açısından her bir frez tek olarak diğerlerinin ambalajı bozulmadan alınabilmelidir.
2. Ürün numarası ve diğer bilgiler silinmeyecek ve değiştirilmeyecek şekilde blister ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırma olmamalıdır.
3. Orijinal ambalajı üzerinde markası, ISO numarası, LOT numarası ve HIBC kare kod barkodu yazılı olacaktır.
4. Avrupa menşeli olmalıdır. Ürün ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı yazılı olmalıdır.
5. Orijinal ambalajı üzerinde frezin kullanım için gerekli maksimum devri belirtilmiş olacaktır.
6. Frezler Tungusten Karbide malzemeden üretilmiş olmalıdır. Cerrahi amaçlı özel imal edilmiş kesici yüzeyleri parlak olacaktır. Kesici yüzeyleri kullanıldığında hemen deforme olmayacak özellikte olmalıdır.
7. 135° derece santigratta otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
8. Frezler iaderenin istediği çapta teslim edileceklerdir.

mehmet Adile AKAGÖRÜZ

Barış Belet
ce

Cansu DEMİR
ce

ŞARTNAME

1-IMPLANT CERRAHİ SETİ

- 1- Implant cerrahisinde kullanılmak üzere paslanmaz çelikten imal edilmiş cerrahi aletler olmalıdır.
- 2- El aletleri Paslanmaz Çelik Tel örgü kaset içerisinde sterilizasyona hazır vaziyette yerleşik olmalıdır.
- 3- Set içerisindeki Eklemlı Aletler kullanımı rahat paslanmaz çelikten mamul yüzeyleri pruzsüz ve polisajı düzgün olmalıdır.
- 4- Set içerisindeki Cerrahi El aletleri Standartlarda tanımlanan tipte klinik cerrahide kullanıma uygun yüzeyleri pruzsüz ve polisajı düzgün olmalıdır.
- 5- Implant Cerrahi Seti içerisindeki ürünler ve kast ile birlikte kullanıma uygunluğu ilgili klinik sorumlusu hekimlerin onayı alınmalıdır.
- 6- Set içerisinde aşağıda detayı verilen ürünler olmalıdır.
 - 1- Sterilizasyon Kaseti tel örgü
 - 2- Flep Ekartörü
 - 3- Cerrahi Küret
 - 4- Periost Elevatörü
 - 5- Periodontal Sond
 - 6- Kemik Egesi
 - 7- Bisturi Sapı
 - 8- Doku Pensi
 - 9- Makas
 - 10-Portekü
 - 11-Hemostat
 - 12-Serum taşı
 - 13-Aspiratör ucu

2-PİYASEMEN İÇİN CERRAHİ FİSSUR LINDEMAN FREZİ

1. Orijinal 2 li blister ambalajında olacaktır. Ürün hijyeni açısından her bir frez tek olarak diğerlerinin ambalajı bozulmadan alınabilmelidir.
2. Ürün numarası ve diğer bilgiler silinmeyecek ve değiştirilmeyecek şekilde blister ambalaj üzerinde olmalıdır. Sonradan yapıştırma olmamalıdır.
3. Orijinal ambalajı üzerinde markası, ISO numarası, LOT numarası ve HIBC kare kod barkodu yazılı olacaktır.
4. Avrupa menşeli olmalıdır. Ürün ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı yazılı olmalıdır.
5. Orijinal ambalajı üzerinde frezin kullanım için gerekli maksimum devri belirtilmiş olacaktır.
6. Frezler Tungusten Karbide malzemedan üretilmiş olmalıdır. Cerrahi amaçlı özel imal edilmiş kesici yüzeyleri parlak olacaktır. Kesici yüzeyleri kullanıldığında hemen deforme olmayacak özellikte olmalıdır.
7. 135° derece santigratta otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
8. Frezler iaderenin istediği çap ve boyda teslim edileceklerdir.

3-PİYASEMEN İÇİN CERRAHİ ROND FREZİ



