

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

18.03.2024

Sayı: 12

Konu: 2 Kalem Sterilizasyon Mal Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.03.2024 saat: 11:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan TARILİĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKSKAVATÖR			400	Adet		
2	DENTAL TEMİZLEME SOLÜSYONU (ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI İÇİN)			400	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- **Kısmi teklife kapalıdır. Tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur.**

**SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEME SOLÜSYONU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün içeriğinde Aldehit, Benzen, QAC, Keton, Fenol, Toluen, Alkol, Halojen, Klorin v.b. maddeler bulunmamalıdır
2. Ürün içeriğindeki Parfüm kısmını oluşturan bitkisel ekstrakt; Aesculus Neglecta, Gysophylla Arrostii gibi Magnoliophyta bitki grubuna dahil doğal maddelerden oluşmalı,
3. Asidik ürün içeriğinde ; Potasyum hidroksit, SLES, Cocoamidopropyl Betain, Fosforik Asit, Sitrik Asit, Benzalkonyum Klorür, Setilpridinyum Klorür, Sodyum Karboks Metil Selüloz olmalı ve bu maddeler Güvenlik Bilgi Formu içeriğince desteklenmelidir.
4. Dental alanda kullanılan her türlü cerrahi alet üzerindeki siman, aljinat kalıntıları, organik ve inorganik kirliliklerle birlikte pas, korozyon ve biyofilm tabakalarıyla karbon yanıklarını temizleyici özellikte olmalıdır.
5. Ürün konsantre olmalı, sulandırma işlemi 1/10 olmalıdır.
6. Ürün içerisindeki Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması 2 (+-1), yoğunluğu 1,25 g/ml, viskozitesi 1.75 cp (akışkan) olmalıdır.
7. El aletlerinin çalışma ve fiziksel yeterliliklerini yenileme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Krom-Nikel kaplamalar dahil, tüm paslanmaz çelik aletlere ve kaplamalarına zarar vermemelidir.
9. Uygun ısılarda kullanım sonucu hiçbir metal yüzeye aşındırıcı etkide bulunmamalıdır.
10. Solüsyon içerisindeki çeşitli indikatörler sayesinde kullanım sonrası kirlenme sonucu renk değişimi sağlamalıdır.
11. Ürün TÜRKAK onaylı Mikrobiyoloji test raporu, Bakteri ve mantar (E.coli, E.feacalis, MRSA, S.aureus, P.aureugenosa ve K.pneumonia) ihale dosyasında olmalıdır.
12. Bu içerik sorumlu kimyager tarafından onaylanmalı ve beyan edilmelidir.
13. Ürün cerrahi alet yüzeyindeki organik (kan, tükürük, doku v.b.) ve inorganik (su sertliğinden kaynaklı mineraller, kireç v.b.) kirlilikleri temizleyebilmelidir.
14. Ürün ultrasonik cihaz ile kullanıma uygun olmalı ve bu kullanım sonucu insan sağlığını etkileyici gaz çıkışı ve koku olmamalıdır.
15. Ürün ambalajı 5 litrelik polietilen bidonlarda kilitli kapaklı olmalıdır.
16. Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 10002-13485-18001-14001 belgelerine sahip olmalıdır. Ayrıca ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleri TÜRKAK tarafından akredite onaylı olmalıdır.
17. Ürün etiketleri ön ve arka yüz olmak üzere 2 yüzde de bulunmalı, etiket üzerinde içerik bilgileri, kullanma talimatları, acil durum bilgileri, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Lot Numarası gibi bilgiler yer almalıdır.
18. Ürün demonstrasyon sonucu kullanıcı tarafından uygun bulunmalı ve uygunluk belgesi yazılı olarak sunulmalıdır.
19. Ürün ultrasonik yıkama sonucu en geç 5 dakikada temizliği sağlayabilmelidir.
20. Ürün kullanım sonucu kanalizasyon giderine dökülebilmesi için en az %90 bio-parçalanır özellikte olmalı ve bu özelliğin; ürünün içeriğindeki maddelerin, 23 Aralık 2010 tarihli 27794 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" yönetmeliğinin Ek-II ve Ek-III te mevcut olan test metotları kullanılarak ölçülmesi ve sonuçları içeren raporun sorumlu kimyager tarafından onaylanıp beyan edilmesi gereklidir.
21. Üretici firma ürünün Güvenlik Bilgi Formunu kaşeli olarak ibraz etmelidir.
22. Güvenlik Bilgi Formları TSE sertifikalı sorumlu kimyager tarafından hazırlanmış olmalı, bu sertifika ibraz edilmelidir.
23. Ürün kapağı açılmadan 5 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
24. Ürün kullanım süresince ürün ile birlikte 1 adet 28 litrelik ultrason cihazı ücretsiz verilecektir.
25. Ürün bir hafta boyunca denenmesi için yeterli miktarda numune ve ultrasonik cihaz verilmelidir, numune ve cihaz bırakmayan firma ürünü, değerlendirmeye alınmayacaktır

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlık Merkezi


Mahsum İNAL
Tıbbi Sekreter

Dt. Mehmet Sıddık AKAGÜNDÜZ
Ağrı Ağız ve Diş Sağlık Merkezi
Tıp. Tes. No: 56046

EKSKAVATÖR TEKNİK ŞARTNAME

- 1) Çift taraflı, çabuk körelmeyen, keskin kenarlı, elle tutulan kısım köşeli olmalı tırtıklı olmamalıdır.
- 2) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
- 3) Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalı, polisajı düzgün olmalıdır.
- 4) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır.
- 5) Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır.
- 6) Farklı form ve ebatlarda muayene komisyonu tarafından seçilerek alınacaktır.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Mahsum İNAL
Tıbbi Sekreter


Dt. Mehmet Sıddık AKAGÜNDÜZ
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Diy. Tes.No: 56048