

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.03.2024

Sayı: 205

Konu: VEN VALFİ İĞNESİZ ÜÇLÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.03.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VEN VALFİ İĞNESİZ ÜÇLÜ			2500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

VEN VALFİ, İĞNESİZ

SMT Temel İşlevi:	1. Venvalfi mikroorganizma geçişini engellemek, kan numunesi almak ve parenteral tedavilerde kullanmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün lateks, PVC ve DEHP içermemelidir. 3. Ürün silikon veya poliüretan malzemedен yapılmış olmalıdır. 4. Ürünün tekli, çiftli, üçlü tipleri mevcut olmalıdır. 5. Ürünün ikili formunda; ikili uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır. 6. Ürünün üçlü formunda; üçlü uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	7. Ürünün dış kısmında enjektörün bağlanmasını sağlayan tam kapalı bir silikon yüzey olmalı, yüzeyde bakteri üremesine izin verecek boşluklar olmamalı, silikon yüzeyi silinerek dezenfeksiyona uygun olmalıdır. 8. Ürün, iğnesiz girişim aparatında splitseptum teknolojisi olmalıdır. 9. Ürünün akış hattı düz, berrak bağlantı noktası ve basit iç dizayna sahip olmalıdır. 10. Ürünün, içinde kompleks ve mekanik mekanizma olmamalıdır. 11. Ürünün akış hattının görülmesi için bağlantı noktası şeffaf veya açık mavi renkli olmalı, yıkamanın veya ilaç uygulamanın başarısından emin olunmalıdır. 12. Ürünün ikili ve üçlü formunda sıvının geri çıkışına izin vermeyen klemp bulunmalıdır, klemp kapama açma sonrası lümeni deforme etmemelidir. 13. Ürünün az 100 girişime izin vermelidir. 14. Ürün, hem luer-lock hem luer-slip enjektör ve infüzyon setleri ile uyumlu olmalıdır. 15. Ürün, lipid uyumlu olmalı, parenteral beslenmeye uygun olmalıdır. 16. Ürün, sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere, kapak ve stoper ihtiyacı duymadan kullanılabilir. 17. Ürün, ergonomik olmalıdır.

Yılmaz Güzel Akşın KODAÖCÜOĞLU
Del

VEN VALFİ, İĞNESİZ

Genel Hükümler:	<p>18. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>19. Ürün sterilitiyi bozmadan açılabilir şekilde paketlenmiş olmalıdır.</p> <p>20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.</p>
------------------------	--

Yusuf Güzel

Aysun KOCACI
Aysun