

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/35
KONU : 4 KALEM SARF MALZEME ALIMI

20.03.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 25.03.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Dr. Ahmet SAĞLAM
Başhekim

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI NO:7.0	Adet	20		
2	ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI NO:7.5	Adet	20		
3	ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI NO:8.0	Adet	15		
4	ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI NO:8.5	Adet	10		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 25.03.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklife açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

ENDOTRAKEAL TÜP (ENTÜBASYON TÜPÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tekli steril paketlerde olmalı
2. Non-toksik tıbbi PVC'den imal edilmiş olmalı
3. Şeffaf olmalı
4. Latex içermemeli
5. Tüpün üzerinde 1'er cm aralıklarla derecelendirme olmalı
6. Tüpün uç kısmı özel yapıda ısı ile yumuşatarak trakeaya zarar vermeden entübasyon yapmaya olanak sağlayan özellikte olmalı
7. Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi olmalı
8. Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta ve travmatik olmalı
9. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalı
10. Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çapları yazılı olmalı
11. Tüpün üzerinde boyu yazılı olmalı
12. Tüpün kaf yapısı alçak kontür-düşük basınçlı olmalı ve kafın en efektif düşük basınçla karınaya oturmasını sağlamalı
13. Kaf şişirilme esnasında patlamaya dirençli olmalı ve kolaylıkla havası boşaltılabilmeli
14. Kafın üst kısmında yer alan derinlik çizgileri ses tellerinin görülerek trakeal tüpün doğru yerleştirilmesini sağlamalı, tüpün üzerinde derecelendirme çizgileri bulunmalı
15. Tüpün üzerinde boyu yazılı olmalı
16. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalı
17. Tüpün üzerinde X ray'de görülmesini sağlayan radyopak çizgi bulunmalı
18. Tüp oral/nazal kullanıma uygun olmalı
19. 5,5 ve daha üst ölçülerde valfli pilot balonu bulunmalı, 5 ve alt ölçülerde balonlu ve balonsuz tipte olmalı
20. Bağlantı konektörü bulunmalı
21. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 4 yıl olmalıdır.
22. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Klinikte denendikten sonra uygunluk verilecektir. Numune getirmeyen firmaların ürünleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
23. TITUBB(Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası),UBB(Ulusal Bilgi Bankası)Barkod Kodları,Sut Ve Sut Alan Kodlarından Kaynaklanan Zararlar Ve Kesintiler Yüklenici Firmaya Aittir.

Mehmet BİLİR
T.K.Y
M.B.