

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

28.03.2024

Sayı: 232

Konu: HOT- PACK KAZANI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.04.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HOT - COLD PACK KAZANLARI, HOT PACK KAZANI / ÜNİTESİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Hotpack kazanı Teknik Şartnamesi

1. Cihaz, 220 V, 50/60 Hz. Şehir Cereyanı İle Çalışmalıdır.
2. Cihazın İçi, Dışı Ve Kapağı Komple Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiş Olmalıdır.
3. Cihazın Su Isıtma Gücü En Az 1500 Watt Olmalıdır.
4. Tank Kapasitesi En Az 140 Litre Olmalıdır.
5. Cihaz Termostatlı Olmalıdır.
6. Cihaz İstenilen Sıcaklık Seviyesine Geldiğinde Otomatik Termostat Tarafından Sıcaklık Seviyesi Kesilmeli Ve Sıcaklık Derecesi Azaldığında Eski Sıcaklığa Yeniden Ulaşmalıdır.
7. Cihaz, Isı Kaybını Önlemek Ve Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Yalıtıma Sahip Olmalıdır.
8. Cihazla Birlikte Verilen Ped Özellikleri Şu Şekilde Olmalıdır:
 - Pedlerin İçinde Silikattan Ve Zehirsiz Organik Kimyasal Maddelerden Oluşmuş Isıyı Muhafaza Edici Jel Bulunmalıdır.
 - Pedlerin İç Materyali Dikişli Bölmelerle Pedin Tüm Yüzeyine Eşit Olarak Dağıtılmış Olmalıdır.
9. Cihazın İçinde Pedleri Takmak İçin Paslanmaz Çelik Askılık (Sepet) Bulunmalıdır. Bu Çelik Askılık Cihaz Temizlenirken Çıkartılabilmelidir.
10. Cihaz Tekerlekli Olmalı, Bu Sayede Kolayca Taşınabilmelidir.
11. Pedleri Kullanıcı, Klinik Kullanımına Göre Ebatlarını İstedığı Şekilde Değiştirebilecektir.
12. Cihaz İmalat Ve Fabrikasyon Hatalarına Karşı 2 Yıl Ücretsiz , 10 Yıl Ücreti Mukabilinde Servis Ve Yedek Parça Garantili Olmalıdır.
13. Cihaz İle Birlikte Aşağıdaki Pedler Verilmelidir.
 - aşağıdaki Muhtelif Ebatlarda Hot Pack Pedi verilmelidir
 - .10 dilimli 10 adet
 - .12 dilimli 12 adet

Sorumlu Fizyoterapist

Mehmet Dopa

Mut

fat Holil Seke

fat

fat Abdullah Baydar

fat

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Ümit HANBABA
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm.
Ftp. Tel. No. 151077