



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
24/04/2024 13:08:22 - E-96472700-949-242042079



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 3 üzerinden 02.05.2024 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Yakup AKKOYUN
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	CLEANCART-A	500	Adet		
2	CLEANCART-C	500	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> eleskirtdhsatinalma@gmail.com				Teklif Eden/...../2024 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


GAMBRO AK 98 CİHAZLARINA UYGUN CLEART A-C TEKNİK ŞARTNAMESİ


CLEAN CART- A TOZ KARTUŞ

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13 gr Sodyum karbonat olmalıdır.
- 2-Kartuş un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH 11 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka Gambro marka AK96, AK 95 ve AK 98 model hemodiyaliz cihazlarına uymalı , orijinal olmalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

CLEAN CART- C TOZ KARTUŞ

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr sitrik asit olmalıdır.
- 2-kartuş uç dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-ph 2 seyreltilmiş eriyik olmalıdır.
- 4-kartuş şeklinde olmalı ve Gambro ak 96-98 hemodiyaliz cihazlarına uymalı ve sorunsuz çalışmalıdır.

Zeynep Karaman


E. S. Ak


E. S. Ak
