

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 132
Konu: Glukometre (Şeker) Stribi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|--------------|-------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | ŞEKER STRIBI İLE KANDA GLUKOZ TESTİ | | | 10000 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GLUKOMETRE (ŞEKER STRİBİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Stripler biosensör teknolojisi ile çalışmalıdır.
- 2 Stripleri kam damlatmaya gerek duymadan sribin uç kısmından kapiller olarak çekilmelidir.
- 3 Sribin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
- 4 Strip kan örneği uygulandığında yeterli kan örneğinin uygulandığı cihaza bildirecek teknolojiye sahip olmalıdır.
- 5 750 adet scribe I (bir) cihaz verilecektir .
- 6 Stripler 1,5 mikrolite kan örneğiyle çalışabilmelidir.
- 7 Stripler üzerinde sribin cihaza takılacak bölümünü gösterir işaretler bulunmalıdır.
- 8 Stripler 25 'lik veya 50'lik ambalajlarda olmalıdır.
- 9 Stripler toplam 10 sn içerisinde sonuç verebilir özellikte olmalıdır.
- 10 Stripler orjinal ambalajında olmalıdır. kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
- 11 II. Stripler 4—30 °c sıcaklıkta saklanabilmelidir.
- 12 Strip kutularında nemlenmeyi önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
- 13 Her kutunun içerisinde mutlaka bir kalibrasyon çubuğu bulunmalıdır.
- 14 Stripler dünyada gold standart kabul edilen YSI sistemleriyle yapılan karşılaştırmalarda geçerli olan standartları yakalamış olmalıdır.
- 15 Teslim tarihinden itibaren en az I (bir) yıl miadlı olmalıdır.
- 16 Son kullanma_tarihinin geçmesine 3 ay kala bildirilen kullanılmamış tüm stripler yenisiyle değiştirilecektir.

Esat TUNÇ

T.K.Y