

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 134

Konu: STERİLİZASYON CERRAHİ ALETLER İÇİN SÖKÜCÜLER

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI PAS SÖKÜCÜ SOLÜSYON			30	Litre		
2	CERRAHİ ALET KAN SÖKÜCÜ			100	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PAS VE KOROZYON GİDERİCİ

- Cerrahi aletlerin üzerindeki leke, pas ve ağır kirlerin giderilmesinde sağlamalıdır.
- Ürünün içeriğinde fosforik asit, korozyon inhibitörleri ve yardımcı maddeler bulunmalıdır.
- Ürün konsantre olmalı sulandırılarak kullanılmalıdır.
- Ürün en az % 70 oranında fosforik asit, korozyon önleyiciler ve yardımcı maddeler bulunmalıdır.
- En az 2 adet Cerrahi Alet firması tarafından onaylı olmalıdır ve onay evrakları ihale dosyasında sunulmalıdır.
- Ürün %1 oranında sulandırıldığında manuel kullanımda 10 dakikada etkili olmalıdır.
- Ultrasonik yıkama makinelerinde kullanım için uygun olmalıdır. %1 konsantrasyonda 5 dakikada etkili olmalıdır
- Ürün bileşiminde ağır metal içermemeli ve çevreye zarar vermemelidir.
- Üretici firmaya ait CE belgesi ve DIN İSO EN 13485 kalite evraklarına sahip olmalıdır
- Ürünün teklifini veren firma tarafından kullanım demosunu ilgililere uygulamalı olarak gösterilmelidirler. Yapılan demo sonucunda kullanıcı uygunluğuna göre ürün tercih edilecektir.

Osman Özkocay
Sterilizasyon


ENZİMATİK TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün makine ve manuel kullanımda aletlerin temizlenebilmesi için; enzimatik özellikte olup farklı su sertliği derecelerinde de tam etkili genel bir temizleyici olmalıdır.
2. Ürün yıkama makinelerinde, ultrasonik yıkama cihazlarında ve manuel olarak kullanılabilir.
3. Ürün kan, mukoz, protein ve yağ artıklarını çözebilmeli ve hızlıca temizleyebilmelidir.
4. Ürün yıkama makinesi kullanımında gözle görülür bir temizlik yapmalı, köpürme oranı düşük olmalıdır.
5. Formülündeki özel ajanlar sayesinde istenmeyen rahatsız edici köpüklerin oluşmasını engellemeli ve her türlü cerrahi aleti korozyona karşı korumalıdır.
6. Ürünün miadı en az 2 yıl olmalıdır.
7. En az 2 cerrahi alet firmasından onaylı olmalıdır. Onay belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır.
8. Ürün yüksek ısılarda yıkanan cerrahi aletlerin çelik ve kaplama yapısını korur özellikte olmalı.
9. Ürün her türlü cerrahi aletler, diş hekimliği aletler, mikro cerrahi aletleri, anestezi malzemeleri, fleksible (bükülür/bükülmez), termolabil ve endoskoplarda kullanım için uygun olmalıdır. Özel kaplanmış metallere alüminyuma, plastiğe ve lastiğe fiber optiklere zarar vermemeli.
10. Ürünün içeriğinde enzimler (lipaz, amilaz, proteaz, mannanase, pectatiaz), yüzey aktif maddeler, kompleks oluşturucular ve korozyon engelleyici maddeler, koruyucular ve yardımcı maddeler bulunmalıdır.
11. Ürünün kullanım konsantrasyonu makine ile kullanımda normal kirlilikte %0,2 - %0,8 aralıklarında, manuel kullanımda % 0,5 olmalıdır.
12. Ürün pH değeri 7 - 9 (1%) arası ve yoğunluğu $1,00 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$ arasında olmalıdır.
13. Üretici firmaya ait ISO EN 13485 belgesi olmalıdır.
14. Ürünün UBB'ye (Ulusal Bilgi Bankası) 'na kaydı yapılmış olmalı veya kapsam dışı yazısı sunulmalıdır.
15. Ürünün teklifini veren firma tarafından kullanım demosunu ilgililere uygulamalı olarak gösterilmelidirler. Bölümden alınan Uygunluk yazısı ihale dosyasında olmalıdır.
16. Ürüne ait etiket mevzuata uygun olmalı, yazılar bir kullanıcının çıplak gözle rahatlıkla okuyacağı büyüklükte olmalıdır. Etiket üzerinde uyarı/ikaz yazı ve işaretleri bulunmalıdır.
17. İhaleye girecek firmalar şartnameye uygunluk yazısı hazırlamalıdır. Şartnameye uygunluk yazısı olmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaklardır.
18. 13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik " hükümlerine uygun düzenlenmiş Ürün güvenlik bilgi Formları ihale dosyalarında sunulmalıdır.
19. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalı, ambalajı açılmış ürün stabilitesi 3 ay olmalı, son kullanım tarihine 3 ay kala firmaya bildirmesi kaydı ile 15 gün içinde bedelsiz değiştirme yeni seri ürün ile değiştirmelidir.

Osman 02-12-14
Sterilizasyon
[Signature]