

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 142

Konu: EKG CİHAZI PARÇALARI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG CİHAZI BATARYASI			3	Adet		
2	EKG CİHAZI MEMBRAN TUŞ TAKIMI			1	Adet		
3	EKG CİHAZI TERMAL YAZICISI			1	Adet		
4	EKG CİHAZI EKRANI			1	Adet		
5	EKG CİHAZI EKRAN KARTI			1	Adet		
6	ADAPRÖR			1	Adet		
7	EKG KARTI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BLT BİOLİGHT E70 EKG CİHAZI TERMAL YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen termal yazıcı hastane bünyesinde kullanılan BLT BİOLİGHT E70 marka model Ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 3- Termal yazıcı en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 4- Termal yazıcı ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 5- Yüklenici talep edilen ürünün montajını yapmakla yükümlüdür.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

BLT BİOLİGHT E80 EKG CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen batarya hastane bünyesinde kullanılan BLT BİOLİGHT E80 marka model Ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Batarya 11.1 Vdc 4000mAh gücünde olmalıdır.
- 3- Batarya orijinal kutusunda olmalıdır.
- 4- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 5- Batarya en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 6- Nakliye yükleniciye aittir.
- 7- Batarya üzerinde batarya özellikleri bulunmalıdır.


Meryem KÜÇÜKKESKİN



BİOCARE ECG 1200 EKG CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen batarya hastane bünyesinde kullanılan BİOCARE ECG 1200 marka model Ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Batarya 14.8 V 2000mAh gücünde olmalıdır.
- 3- Batarya orijinal kutusunda olmalıdır.
- 4- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 5- Batarya en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 6- Nakliye yükleniciye aittir.
- 7- Batarya üzerinde batarya özellikleri bulunmalıdır.


Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri



BİONET CARDİOTOUCH 3000 EKG CİHAZI BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen batarya hastane bünyesinde kullanılan bionet cardiotouch ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Batarya 12V 2600mAh gücünde olmalıdır.
- 3- Batarya orijinal kutusunda olmalıdır.
- 4- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 5- Batarya en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 6- Nakliye yükleniciye aittir.
- 7- Batarya üzerinde batarya özellikleri bulunmalıdır.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri



BLT BİOLİGHT E80 EKG CİHAZI MEMBRAN TUŞ TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen membran tuş takımı hastane bünyesinde kullanılan BLT BİOLİGHT E80 marka model Ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 3- Membran tuş takımı en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 4- Nakliye yükleniciye aittir.
- 5- Yüklenici talep edilen ürünün montajını yapmakla yükümlüdür.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

BİOCARE İE 12A EKG CİHAZI EKTRAN KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Talep edilen ekran kartı BİOCARE İE 12A marka model Ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 3- Talep edilen ekran kartı en az 1 yıl garantili olmalıdır.
- 4- Ekran kartı orijinal olmalıdır ve teslimat sırasında orijinal kutusunda olmalıdır.
- 5- Yüklenici talep edilen ürünün montajını yapmakla yükümlüdür.

Fatmapur ALLAHVERDI
Biyomedikal Teknikeri

BİOCARE İE 12A EKG CİHAZI EKRANI (DOKUNMATİK EKRAN DAHİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen ekran hastane bünyesinde kullanılan BİOCARE İE 12A marka model Ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Ekran boyutu 8,9 inç olmalıdır.
- 3- 1280X768 piksel renkli TFT LCD dokunmatik ekran özellikli olmalıdır.
- 4- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 5- Ekran en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 6- Ürün orijinal olmalıdır.
- 7- Gönderilen ekg ekranı ile birlikte dokunmatik ekran filmi gönderilecektir.
- 8- Yüklenici talep edilen ürünün montajını yapmakla yükümlüdür.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri

BİOCARE İE 12A EKG CİHAZI ADAPTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilen adaptör hastane bünyesinde kullanılan BİOCARE İE 12A marka model Ekg cihazına uyumlu olmalıdır ve sorunsuz çalışmalıdır.
- 2- Adaptör 19V 3.43A gücünde olmalıdır.
- 3- Adaptör orijinal kutusunda olmalıdır.
- 4- Numune görülecek kullanıcı birim ve hastane klinik mühendisliği birimlerince uygunluk verilecektir.
- 5- Adaptör en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 6- Ürün TSE standartlarına uygun olmalıdır.

Fatmanur ALLAHVERDİ
Biyomedikal Teknikeri



EKG KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Talep edilen ekg kartı BLT E80 marka model ekg cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- Talep edilen ekg kartı 6 ay garantili olmalıdır.
- Ekg kartı orijinal olmalıdır cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
- Teslimat sonunda, cihazın çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
- Yüklenci talep edilen ürünün montajını yapmakla yükümlüdür.

Fatmanur ALLAHVERDI
Biyomedikal Teknikeri