

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 1356

Konu: ERİŞKİN YOĞUN BAKIM MALZEMESİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ			2	Adet		
2	VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM KİTİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Servo-s model Ventilatör Cihazlarına uyumlu
Oksijen Sensörü Teknik Özellikleri

1. Oksijen sensörü, Maquet marka Servo-s model ventilatör cihazının tüm versiyonlarına uyumlu ve orijinal olmalıdır olmalıdır.
2. Oksijen sensörü, 21-100 arasında ölçüm yapabilmelidir.
3. Oksijen sensörü, seri numarası ve cihaza takılarak yapılan ilk kalibrasyon tarihi bilgilerini hafızasında tutabilmeli ve cihazla bu bilgileri paylaşabilecek yapıda olmalıdır.
4. Oksijen sensörünün yanında bir adet kauçuk contası ve bir adet bakteri filtresi olmalıdır.
5. Oksijen sensörünün üzerinde 6 pinli bağlantı soketi olmalıdır.
6. Teklifte birlikte yetki belgesi ve ubb kaydı sunulmalıdır.

Yoğun Bakım Ünitesi
Birim Sorumlusu



SERVO-I VE SERVO -S BAKIM KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Bakım kiti Servo-I ve Servo -S cihazlarına uygun ve orijinal olmalıdır.
- 2- Bakım kiti içinde hava ve oksijen gaz modülüne uygun 2 adet partikül filtresi bulunmalıdır.
- 3- Bakım Kiti içinde gaz modulleri için 2 adet gaz modül valfi (nozzle) bulunmalıdır.
- 4- İnspirasyon basınç sensörüne korumak amacı ile kit içerisinde 1 adet bakteri filtresi bulunmalıdır.
- 5- Teklifte birlikte yetki belgesi ve ubb kaydı sunulmalıdır.

M. Kemal Aras
Yoğun Bakım Ünitesi
Birim Sorumlusu
[Signature]