

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

26.04.2024

Sayı: 139  
Konu: SİTRİK ASİT

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.05.2024 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİTRİK ASİT 5LT			200	Litre		
Genel Toplam							

Teklif Eden  
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## DIYALİZ DEZENFEKTANI (SİTRİK ASİT TEMİZLEYİCİ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Dezenfektan RO su ile 1/25 oranında edilebilir olmalı ve dilue edilmiş solüsyon, cihazların dezenfeksiyon pipetinden emdirilerek kullanılabilir olmalıdır.
- 2- Dezenfektan volimetrik sistemle çalışan hemodiyaliz cihazlarında termokimyasal dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon amacıyla da kullanılabilir olmalıdır. Kan kalıntılarının çözülmesini sağlamalıdır.
- 3- Dezenfektan 56 C nin üzerindeki ısılarda bakterisid, hepatovirüs (B, C, D), virüs (HIV), fungusid etkili olmalıdır.
- 4- Dezenfektan, %21 sitrik asit içermelidir
- 5- Dezenfektan, CE belgelerine sahip olmalıdır.
- 6- Dezenfektan, 5 lt' lik polietilen bidonlarda olmalıdır.
- 7- Ürünün kullanım belgesi ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı,
- 8- İmal tarihi ihaleye yakın bir tarihte olmalı ve en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Onur KOC  
Onur KOC