

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.04.2024

Sayı: 282

Konu: HEMATOLOJİ BİRİMİ İÇİN KAN TORBASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.05.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAN TORBASI TEKLI			200	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKLİ KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tekli Kan Torbası:

- Antikoagülan solüsyon olarak CPDA-1 içermelidir. 450 ml kan alma hacmi olmalıdır
- Donörden tam kan alınmasında ve hastaya tam kan transfüzyonu yapılmasında kullanılır.
- İĞNE 16 G olmalıdır
- İğne cidarı ultra ince olmalıdır
- Muhafaza üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır
- KAN ALMA HORTUMU 100 +/- 10 cm uzunluğunda olmalıdır
- Hortum iç çapı 3.1 mm olmalı, dış çapı 4.2 mm olmalıdır
- Hortum üzerinde Çapraz karşılaştırma (Cross-Match) testler için kullanılacak numuneyi almak için 10 cm de bir numara basılmış olmalı, bu numaralar transfer torbaları bağlantı hortumlarında da olmalıdır
- Bu numaralar tırnakla kazınsa bile çıkmamalıdır
- Etiket Türkçe olmalıdır
- Etiket üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluklar olmalıdır
- 20°C'de su banyosunda torba üzerinde parça bırakmadan soyulmamalıdır
- PVC TORBA: Torba hacmi 450 ml kan alacak şekilde olmalıdır
- Torba kenarında tüp takılacak askı yerleri olmalıdır
- Torba içindeki çözeltinin ve kanın çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak saydamlıkta olmalıdır
- ANTIKOAGÜLAN SOLÜSYON: 450 ml kan alımı için 63 ml CPDA-1 Antikoagülan solüsyon içermelidir
- PAKETLEME: Alüminyum ambalaj içinde olmalıdır
- Torbalar paketler içerisinde katlanmamış, düz olarak yerleştirilmelidir
- Paketler karton koliler içerisinde teslim edilmelidir
- SERTİFİKALAR Torbalar için: Kan Torbaları için CE belgesi olmalıdır
- Kan Torbaları için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası sistemine kayıtlı ve onaylı olmalıdır
- Kan Torbalarının imal edildiği yer için ISO 13485:2003 kalite sistem yeterlilik belgeleri olmalıdır
- Cihazlar için: CE belgesi olmalıdır
- Teknik Servis için TSE Hizmeti Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır
- SON KULLANIM TARİHİ: v Torbalar en az 3 yıl miyadlı olmalıdır

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ağrı Tıp Fakültesi
Onkoloji Hastanesi
Onkoloji
Esmemerve KAYA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. İsmail SARIN
Hematoloji ve Lenf Hastalıkları Uzmanı
T.C. Kimlik No: 17970711942000007119