

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2024

Sayı: 301

Konu: Endotrakeal 3.0 Kafsız Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.05.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) TÜP KAFSIZ BALONSUZ 3.0 MM			300	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ENTÜBASYON TÜPÜ ŞEFFAF KAFSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 2- Tüp nontoksik ve Apirojen özellikli olmalıdır.
- 3-Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
- 4-Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.
- 5-Konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.
- 6- Kafsız,oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.
- 7-Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.
- 8-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği bilgileri belirtilmelidir.
- 9-Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.
- 10-Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.
- 11-Tüp no 3.0 olmalıdır.

hakkındaki tüm


Caer Janat
Son. Hem.


ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Doç. Dr. Esra BEŞER
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Neonatoloji Uzmanı
Diy. T.Ş. No: 153381