

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.05.2024

Sayı: 295
Konu: RİTİM HOLTER CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.05.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HOLTER CİHAZLARI, 3 KANAL RİTİM HOLTER CİHAZI			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BI BIOMEDİKAL BI900 MODEL HOLTER KAYDEDİCİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaydedici dijital olmalı ve dijital çevrim çözünürlükleri en az 16 Bit olmalıdır.
2. Kaydedici flash card teknolojisi kullanarak, EKG yüklemesi yalnızca bir ara kablo ile yapılabilmelidir.
3. Holter kaydedicileri 5 veya 7 lead kablo ile 3 kanal kayıt alabilmelidir. Kaydedicilerin ağırlığı en fazla 45 gram olmalıdır. En az 96 saatlik kayıt imkânı olmalıdır.
4. Kaydediciler üzerinde hasta ön hazırlığı yapılırken derivasyonların ön izlemesini yapabilecek LCD ekran olmalıdır.
5. Kaydediciler SD flash card teknolojisine sahip hafızaya sahip olmalıdırlar. Sistemle beraber 256MB SD card verilmelidir. İstenildiğinde 512MB'ta kadar kapasite arttırılabilmelidir. Kaydedici frekans aralığı 0.05-150 Hz arasında olmalıdır.
6. Kaydedicilerin örnekleme oranı en az 1024 Hz olmalıdır.
7. Kaydediciler üzerinde LCD ekran bulunmalı ve bu sayede EKG derivasyonlarının kalitesi gözlenebilmelidir.
8. Cihazın üzerinde piller yanlışlıkla çıkarıldığında veya pil bittiğinde kaydı silmeden gerçek zamanlı kayda devam ettirmesi için sürekli mod özelliğine sahip olmalıdır. Bu sürekli modda 15, 30, 60, 120 dakika ve sürekli seçenekleri bulunmalıdır.
9. Kaydedicilere yazılım aracılığıyla hastanın adı soyadı, ID ve protokol numarası tanımlanabilmeli ve tanımlanan bu değerler kaydedicinin ekranında aynı anda görülebilmelidir.
10. Kaydediciler 1 adet AAA kalem pil ile çalışabilmelidir.
11. Kaydediciler pace atımlarını yakalayabilmelidir. Kaydedicilerde event butonu olmalıdır.
12. Kaydediciler hastanemizde kullanılan Biomedical Marka sistemin orijinal cihazı olmalı, cihaza ait üretici firmanın yetki belgesi, 10 yıl yedek parça ve sarf temin garantisi teklifle beraber sunulmalıdır. Yeni bir yazılama ihtiyaç duyulmamalıdır. Farklı yazılım ile çalışan cihazlar karışıklığa sebep vereceğinden kabul edilmeyecektir.

Fırat DURAK
Açı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

Durdurayev Sevinç
D