

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2024/41
KONU : 2 Kalem Tıbbi Sarf Alımı

10.05.2024

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Malalımı işi4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu için KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 13.05.2024 tarih saat 10:00'a kadar tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Oksijen Maskesi Hazneli Yetişkin	Adet	500		
2	Oksijen Maskesi Hazneli Pediatrik	Adet	150		
Toplam					

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 13.05.2024 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal ve Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
- 6- Alımımız Kısmi Teklife açık değildir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESLERİ (EK-3)

Şartname No: 100.6.1.4/02.01.2019-2.V

Oksijen Maskesi Hazneli Yetişkin Tek Kullanımlık Teknik Şartnamesi	Laboratuvar	Görsel Muayene
Set maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır.		x
Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.		x
Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.		x
Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır.		x
Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır (king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır.		x
Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır.		x
Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.		x
Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak, en az 1cm çapında delikler bulunmalıdır.		x
Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.		
Maskenin burun üzerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı veya plastik klipsi olmalıdır.		x
Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır.		x
Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.		x
Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır. Plastik artığı bulunmamalıdır.		x
İlaç haznesi şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır.		x
Solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olmalıdır.		x
Buhar çıkış aparatı huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde püskürtmelidir.		x
İlaç verilme sonrası haznede partikül ve ilaç kalmamalıdır.		x
En az 50 en fazla 200 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.		x
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.		x
Numune Sayısı	50 adet	

Mehmet Bülent
 2.6.7
 M. İyigün

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESLERİ (EK-3)

Şartname No: 100.6.1.2/02.01.2019-2.V

Oksijen Maskesi Hazneli Pediatrik Tek Kullanımlık Teknik Şartnamesi	Laboratuvar	Görsel Muayene
Set maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır.		x
Maske pediatrik boyda şeffaf, olmalı ve koku yapmamalı ve yüze tam oturmalıdır. Ağız ve burnu içine almalıdır.		x
Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.		x
Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.		x
Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır.		x
Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır (king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır.		x
Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır.		x
Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.		x
Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak, en az 1cm çapında delikler bulunmalıdır.		x
Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.		
Maskenin burun üzerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı veya plastik klipsi olmalıdır.		x
Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır.		x
Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.		x
Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır. Plastik artığı bulunmamalıdır.		x
İlaç haznesi şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır.		x
Solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olmalıdır.		x
Buhar çıkış aparatı huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde püskürtmelidir.		x
İlaç verilme sonrası haznede partikül ve ilaç kalmamalıdır.		x
En az 50 en fazla 200 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.		x
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.		x
Numune Sayısı		50 adet

Mehmet BİLİR
 26.7
 M.B.