

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.05.2024

Sayı: 306

Konu: KAN TAŞIMA ÇANTASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.05.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAN TAŞIMA ÇANTASI			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

9 LT VERİ KAYDEDİCİLİ GÜVENLİKLİ KAN NAKİL ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAME:

1. Çanta iç sıcaklığı 10 dakikada 8 derecenin altına düşer, 29 saat boyunca 2-8 derece arasında tutulur.
2. Üstten taşıma kulplu olmalıdır.
3. 9 Litre Veri Kaydedicili Güvenlikli Kan Taşıma Çantası - TK1291 - TAMKAN, Kapağı yukarı doğru açılır, Çift menteşelidir.
4. Net Hacmi 9 litre (Brüt hacim 12 litre)
5. Çanta ön gövdesinde Data logger cihazı bulunmalıdır. Bu data logger cihazı çanta iç sıcaklığını ölçmeli aynı zamanda kaydetmelidir. Çanta iç sıcaklığı referans değerler dışına çıktığında Sesli uyarı vermelidir. Aşı taşıma işlemi bittikten sonra kaydedilen veriler Excel dosyası olarak raporlanabilmeli ve çıktı alınabilmelidir.
6. Dış ölçüleri: 40 x30 x 27cm . İç ölçüleri 24 x 22 x 18cm dir.
7. Veri kaydedicili KAN nakil Çantası içinde KAN ürünleri ve buz akülerinin temasını önleyecek en az 3 ayrı seperatör sistemi olmalıdır.
8. Buz aküleri yanlarda ve kapaktadır.
9. Çift kilitleme sistemi vardır.
10. Seperatörler hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde delikli olmalıdır.
11. Veri kaydedicili KAN taşıma çantasının tüm yüzeyleri sıcaklık izolasyonlu olmalıdır.
12. Data loggerli KAN Çantasının ön ve arka yüzlerinde "KAN Taşıma Çantası"ibaresi yer alan Mavi renk zemine yazılmış etiket olmalıdır. Etiket suya dayanıklı olmalıdır.
13. 9 Litre Veri Kaydedicili Güvenlikli Kan Taşıma Çantası - TK1291 - TAMKAN, Etiket üzerinde güvenlik uyarı yazıları yazar.
14. 9 Litre Veri Kaydedicili Güvenlikli Kan Taşıma Çantası - TK1291 - TAMKAN Taşıma çantasının rengi kırmızı veya mavidir.
15. Kaydedicili KAN taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklıdır
16. Data loggerli KAN taşıma çantasının iç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolaydır
17. Her Kaydedicili KAN taşıma çantası ile beraber ücretsiz 7 adet buz aküsü verilecektir
18. Çanta iç sıcaklığı 2-8 derece aralığında 29 saat boyunca tutulur.(Çanta açılmamalıdır)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. İzzetullah ÇETİNKAYA
Hematoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı
Dip.No:12620 Dip.Tec.No: 1737071134264/157