

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.05.2024

Sayı: 311

Konu: ASPİRATÖR TORBASI 200ML ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.05.2024 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ASPİRATÖR TORBASI 2000 ML VALFLİ			800	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2024

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ASPIRASYON TORBASI TEKNİK ŞARTNAME

1. Torbalar dikdörtgen ve yelpaze olmalıdır.
2. Torba hammaddesi flexible (esnek) PE olup, kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde en az 0,30 mm olmalıdır.
3. Torbalar, 1500 cc ve 2000 cc olmalıdır.
4. Torba üzerinde birbirinden farklı çaplarda hasta, vakum, tandem (seri bağlantı) ve suzune alma portları bulunmalı ve bu portları işlem sonunda kapatmak için kapak sistemi bulunmalıdır.
5. Torbanın vakum kaynağı, torba dolduğunda vakum emişini durduran filtre bulunmalıdır. Bu filtre aynı zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteri filtresi özelliğine de sahip olmalıdır, porların genişliği 0,2µm olduğuna belgelenmelidir.
6. Torbanın hasta bağlantı portunun altında aspire edilen materyalin hastaya geri akışını engelleyen "anti refli valf" bulunmalıdır.
7. Torbalar birbirine tandem girişi ile seri bağlanabilmelidir.
8. Hasta bağlantı hortumu en az 180 cm olmalıdır. Hortum ucunda gerekli durumlarda vakum kontrolü yapabilmek üzere "kapıkon kumektör" bulunmalıdır.
9. Hasta için kullanılan aspirasyon hortumunun kullanılmadığı zamanlarda yere değmemesi için tekerlekli bir bölünmelidir.
10. Ürün, birlikte ambalajlanmış hortum ve torbadan oluşmalıdır.
11. Aspire edilen materyalin ana vakum kaynağına kaçmaması için ikinci bir emniyet olarak her sisteme adeci kadar aspirasyon sistemi filtresi verilmelidir.
12. Kanister buhar otoklavına girildiğinde yazıların silinmemesi ve çıkarması gerekmektedir.
13. Kanister, koruyucu dirençli 121°C de steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
14. Kanister üzerinde açma kapama (on-off) valfi bulunmalıdır.
15. Aspirasyon torbaları, ameliyathane ve anestesi odalarına kullanımına uygun olacak şekilde 2'li veya 4'li mobil arabalara kullanılabilmelidir. Mobil araba üzerinde vakumcağı göstergesi bulunmalıdır.
16. Yoğun bakım ve servislere duvara montaj yapılabilir, tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.
17. Montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır.
18. Torbalara, hastasının özel istağı doğrultusunda ilave materyaller olarak (loşük emleyici, jelleştirici ve dezinfektan) eklenebilmelidir.
19. Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası ve firma bilgileri olmalıdır.
20. Ürün miyatı en az 3 yıl olmalıdır.
21. Üretici firma, ürüne ait Notified Body'den alınmış CE belgesine sahip olmalıdır.
22. Torbalar ile birlikte hastanemize 150 adet kanister bedelsiz verilecektir. 25 Adet kanisteri ihtiyaç buralı olarak kanister ücretsiz adet olmaksızın teslim edilecektir. Kanisterlerin teknik özellikleri aşağıda ki gibi olmalıdır.
23. Kanister buhar otoklavına girildiğinde yazıların silinmemesi ve çıkarması gerekmektedir.
24. Kanister, koruyucu dirençli 121°C de steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
25. Kanister üzerinde açma kapama (on-off) valfi bulunmalıdır.
26. Yoğun bakım ve servislere duvara montaj yapılabilir, tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalıdır.