



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-243681028
Konu : Teklife Davet

14.05.2024

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ HASTASININ AMELİYATI (HAVVA ATEŞ) İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **15/05/2024** tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	POLİAKSİYAL VİDA	ADET	8		
2	ROD	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 16C97E39-CE3A-448D-9780-4D42565A1EB0

Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No:



SERVİKAL POSTERİOR STABİLİZASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİAKSİYAL VİDA SUT:102545

ROD SUT:102595

ARABAĞLANTI SUT:102620

OKSİPİTAL PLAK SUT:102580

SERVİKAL PLAK SUT:102575

SERVİKAL VİDA SUT:102655

- 1-Polyaxial vida çapları ve boyları muhtelif aralıklarda olmalıdır.
- 2-Vida başları 33 derece açı yapmalıdır.
- 3-Vidalar self tapping olmalıdır.
- 4- Vida rod tespitini güvenli bir şekilde sağlayacak kapatma vidası mekanizmasına sahip olmalıdır. Kapatma vidası derin dişli olmalıdır. Kapatma vidası tamamen sıkıldığında vida başı durumunu korumalıdır. Böylece vida rod bağlantısında zaman içerisinde oluşabilecek gevşemelerin önüne geçebilmelidir. Rod bağlantısında gevşemeye sebep olacak açılma olmaması için içten ve dıştan sıkmalı ayrıca kilitleme kapağında rod kanalı olmalıdır, faydalı model belgesi olmalıdır ayrıca setskur olmalıdır.
- 5-Rod çapı 0 3 mm olmalıdır. Rodun lortodik eğimini belirlemek için flexible deneme rod olmalıdır.
- 6-Rod uzunluğu 30 mm başlayıp 10 mm aralıklarla 200 mm kadar olmalıdır.
- 7- Sette oksipital plak ve servikal plak olmalıdır vidaları 3,5 mm çap boy 8 mm'den başlayıp 2'şer mm artarak 26 mm kadar set içerisinde bulunmalıdır.
- 8-Transver bağlantılar 30 mm başlayıp 80 mm kadar 5 mm aralıklarla artmalıdır.
- 9-Sistem inside – outside tekniği ile kafatasına gelen bölümünde 3 delikli kilitlenebilir plak özelliği olan ucu minimum 23 cm boyunda ve 03 mm çapında rod plak içermelidir. Rodlu plağın plak bölümüne vidalanan vidalar kafatası kalınlığına göre ayarlanabilir ve hastaya yanlış montaj önleyici biçime sahip olmalı ve rodlu plağın gönderimi sırasında gönderim hatalarını engelleyici ve yanlış yönde gönderimi önleyici özellikte olmalı montajı kolaylaştırıcı el aletlerine sahip olmalıdır. Plağın kilit sistemi ve vidaları stoplu olmalıdır. Rod plağa şablon olarak kullanılmak üzere flexible deneme aparatı olmalıdır.Plak ve kilitleme mekanizması hasta üzerinde kesme,kırma,vb çapak bırakarak yumuşak dokulara zarar verici işlemlere gerek kalmadan monte edilebilmelidir.
- 10- Ürünle ilgili üretici firma kataloğu görülecektir.
- 11- Hasta takibi ve ürün güvenilirliğini sağlamak amacıyla malzemeler üzerinde lot numarası, Üretici firma ismi veya logosu, ürüne ait boyutsal özellikler yer alacaktır. Herhangi bir problem vukuunda imal edilen malzeme üzerinde bulunan lot numarasından hareketle izlenebilirliğe ait kayıtlar kuruma ibraz edilecektir.
- 12- Firma 10(on) yıl süre ile revizyon amaçlı olarak çakma setlerini getirebileceğimizi taahhütnameyi ihale komisyonuna sunacaktır.
- 13- Ürünün SGK ve TİTUBB kaydı tamamlanmış olmalıdır.
- 14-Firma il sağlık müdürlüğü tarafından tıbbi cihaz satış merkezi olarak yetkilendirilmiş (Ruhsat) ve klinik destek veya satış tanıtım belgesi bulunmalıdır.

Dr. Yener Eryılmaz
Doğubayraklı Devlet Hastanesi
Ort. Dr. J. Yener Eryılmaz
Beylikdüzü Şehir Hastanesi
Diyadin 1103 - Mesai No: 1103