




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

SU NUMUNESİ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CFC ve doğaya ve insan sağlığına zararlı diğer maddeleri içermeyen plastikten yapılmış dış gövde ve kapak olmalıdır.
2. Kapak ve gövdedeki daha kalın köpük yalıtımı olmalıdır.
3. 3-7 güne kadar soğuk tutma performansı sağlamalıdır.
4. Her türlü arazide hareket kabiliyeti sağlamak üzere en az iki tekerleği olmalıdır.
5. Kolay taşıma için çantanın itilmesini veya çekilmesini sağlayacak kademeli kulpa sahip olmalıdır.
6. Erimiş buzun kolayca tahliye edilmesini sağlamak üzere sızdırmaz tahliye tıpası olmalıdır.
7. Hacim 50±10 Litre olmalıdır.
8. Dış Ölçüler: 50±5 cm x 45±5 cm x 50±5 cm olmalıdır.
9. İç Ölçüler: 40±10 cm x 35±5 cm x 40±5 cm olmalıdır.
10. Boş Ağırlığı: 10±5 Kg (buz aküleri dahil) olmalıdır.
11. Probu Dijital termometre olmalıdır.
12. Su numune taşıma çantası iç sıcaklığının 2-8 derece arasında olması gerekmektedir.
13. Sızdırmaz ve güvenilir kilitleme sistemine sahip olmalıdır.

| | | |
|---|---|--|
| BAŞKAN Abdullah KARATEKE Doktor  | BAŞKAN Mustafa GÖRAL Doktor  | BAŞKAN Esmehan AYŞİT Doktor  |
|---|---|--|