


T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/503
KONU : Teklife Davet


17/05/2024

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ELDİVEN ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/05/2024 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz.Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
	MUAYENE ELDİVENİ,PUDRASIZ,NONSTERİL LATEKS S BEDEN	20.000	ADET		
	MUAYENE ELDİVENİ,PUDRASIZ,NONSTERİL LATEKS M BEDEN	20.000	ADET		
	MUAYENE ELDİVENİ,PUDRASIZ,NONSTERİL LATEKS L BEDEN	20.000	ADET		

UYGUNDUR
17/05/2024

Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

SMT2834- MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL LATEKS

SMT Temel İşlevi:	1. Tıbbi müdahale ve muayenelerde koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Eldiven doğal kauçuk lateksten imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık olmalıdır. 3. Eldivenin S, M, L boyları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Eldivenlerin boyu en az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olmalıdır 5. Eldivenler kullanım itibariyle ergonomik olmalı, sağ-sol ayrımı olmamalı ve giyildiğinde eli kavramalıdır. 6. Eldivenler paket içerisine düzgün yerleştirilmiş olmalı ve kolayca alınmalıdır 7. Eldivenler birbirine yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. 8. Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. 9. Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. 10. Eldivenin sıvı geçirgenliği olmamalı üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının tespiti açısından EN 455-1 standarttı gereğince en çok AQL seviyesi 1,5 olmalıdır. 11. Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı EN 455-2 standartı gereğince kopma dayanımı $\geq 6,0$ Newton olmalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır. 13. TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır 14. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. 15. Eldiven paketlerinde 100 adet eldiven bulunmalıdır. Paket üzerinde üretim

SMT2834- MUAYENE ELDİVENİ, PUDRASIZ, NONSTERİL LATEKS

	<p>lot bilgisi, üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.</p> <p>16. Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Engin YILDI
Tıbbi Kayıt Yetkili
Diyadin Devlet Hastane

TUTANAK

Muayene Eldiveni Lateks Pudrasız Nonsteril adlı malzemeler stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mart ve Nisan ayı DMO ihalesi iptal edilmiştir. Yeni bir alım süreci belli değildir. Diğer hastanelerde de temin edemedik. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için bütün birimler adına acilen temin etmemiz gerekmektedir. 15/05/2024

Engin YILDIZ
TKY



Malzemeye Göre

Onay Durumu :

GİDEN TALEPLER KABUL EDİLMİŞ TALEPLER REDDEDİLMİŞ TALEPLER

Talep No :

Barkod No :

Malzeme Tanımı :

Malzeme Açıklama :

Excel'e Aktar

Ara

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Malzeme Açıklama	Barkod No	Durumu	Talep Miktarı	Karşılama Miktarı	Karşılama Tarihi	Karşılama Birim Adı	Sistem Açık
1-03-03-0004639	MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, KISA MANŞET, ORTA (M)	MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, KISA MANŞET, ORTA (M), NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ M BEDEN MAVİ	8683143882355	Onaylananlar	20000	20000	1.01.1900	ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
1-03-03-0004639	MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, KISA MANŞET, ORTA (M)	MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, KISA MANŞET, ORTA (M), MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, KISA MANŞET, ORTA (M)	8683143882355	Onaylananlar	20000	20000	1.01.1900	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ	
1-03-03-0004647	MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, KISA MANŞET, BÜYÜK (L)	MUAYENE ELDİVENİ, NİTRİL, KISA MANŞET, BÜYÜK (L), NİTRİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ-L	8699936694838	Onaylananlar	20000	20000	1.01.1900	ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	

Talepimize her hafta bir daha yolunam-3 tr.

Engin YILDIZ
Tasınır Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi