

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/502
KONU : Teklife Davet

13/05/2024

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ABR CİHAZI ELEKTRODU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20/05/2024** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.
Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	ABR CİHAZI ELEKTRODU ALIMI	500	ADET		

13.05.2024
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

TC

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Diyadin Devlet Hastanesi

ABR CİHAZI ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sağlık tesisimizde kullanılan **MADSEN AccuScreen** marka işitme tarama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Bir karttan 3 snap elektrodu olmalıdır.
- 3- Anti alerjik , kendinden yapışkanlı ve hasta cildine yapışan yüzü hidrojenli olmalıdır.
- 4- Elektrotlar tek kullanımlık(disposable) ve çitçitli olmalıdır.
- 5- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.
- 6- Elektrotlar orijinal ambalajında gönderilmelidir. Bir pakette 3 elektrot olmalıdır.
- 7- Elektrotlar yüz ergonomisine uyumlu olmalıdır.
- 8- Elektrotlar kenarları yuvarlatılmış kare şeklinde olmalıdır.
- 9- Elektrotların son kullanım tarihi teslim tarinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 10- Firma üretim kaynaklı hatalara garanti vermelidir.

Mücahit YILMAZ
TKY

Fuat VURAL
T.K.K.Y. Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi

Ahmet Emin YILMAZ
TKY